Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:ТОО « ВизаМед Плюс»			**Наименования потенциальных поставщиков: ТОО»TAYAN LTD**	
Предлагаемая модель Станция для заливки парафиновых блоков варианты исполнения EC500			**Предполагаемая модель не прописана**	
Производитель: Испания. Especialidades Medicas Myr, S.L.			**Страна производителя не прописана**	
Наименование комплектующего к и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Станция для заливки парафиновых блоков варианты исполнения EC500	Станция для заливки парафиновых блоков является модульным центром парафиновой заливки с инновационным дизайном, а также простым в эксплуатации. Различные возможности настройки этого инструмента обеспечивают простую и гибкую адаптацию к методам работы в патоморфологической лаборатории. Представляет собой прибор для заливки инфильтруемых в парафине образцов тканей в парафиновые блоки. Состоит из трех приборов или	Техническая характеристика: Диспенсерная консоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельси Парафиновый резервуар- (+ 40 ºC) - (+70 ºC). Зоны с подогревом / пинцет- (+ 40 ºC) - (+70 ºC). 1 штука Электрический пинцет- (+ 60 ºC) - (+75 ºC). Вместимость- 5 л. Температура холодного места 5 ºC. Аксессуары: Переключатель. Пинцеты с электрическим нагревом, наконечники 1, 2 и 4	Станция для заливки парафиновых блоков.	Размеры: Консоль не более 335 x 623 x 395 мм. Холодная плита не менее 375 x 307 мм Требуется модульный центр парафиновой заливки с инновационным дизайном, а также простым в эксплуатации. Должен иметь возможности настройки инструмента, которые обеспечивают простую и гибкую адаптацию к методам работы в патоморфологической лаборатории. Должен представлять собой прибор для заливки

	консолей, которые обеспечивают простоту и удобство выполнения процедуры заливки тканей: Диспенсерная консоль; Криоконсоль; Термоконсоль. Четкая и логически расположенная панель управления позволяет легко программировать время работы и температуру. Температуры для консолей также определяются с помощью этой панели управления. Автоматический таймер позволяет экономить энергию путем автоматического включения и выключения посредством автоматического расчета времени индивидуального предварительного нагрева. Пользователь только программирует желаемое время работы, все остальное делается самим инструментом.	мм. Размеры: Консоль 345 x 641 x 405 мм. Отапливаемая площадь 340 x 253 мм. Термальная консоль. Регулируемый температурный диапазон, через дозирующую консоль (повышение температуры на 1 градус Цельсия) Хранение кассет - (+ 40 °С) - (+70 °С). Хранение формы - (+ 40 °С) - (+70 °С). Размеры: Консоль 340 x 623 x 395 мм. Хранение кассет 269 x 510 x 88 мм. Хранение формы 275 x 170 x 180 мм. Криоконсоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельсия): 0-12 °С. Размеры: Консоль 335 x 623 x 395 мм. Холодная плита 375 x 307 мм		инфильтруемых в парафине образцов тканей в парафиновые блоки. Должен состоять из трех приборов или консолей, которые обеспечивают простоту и удобство выполнения процедуры заливки тканей: Диспенсерная консоль; Криоконсоль; Термоконсоль. Должен иметь четкую и логически правильно расположенную панель управления, которая позволяет легко программировать время работы и температуру. Температуры для консолей также определяются с помощью этой панели управления. Автоматический таймер позволяет экономить энергию 1шт. путем автоматического включения и выключения посредством автоматического расчета времени индивидуального предварительного нагрева. Пользователь только программирует желаемое время работы, все остальное делается самим инструментом. Техническая характеристика: Диспенсерная консоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус

				Цельсия) Парафиновый резервуар не менее - 40-70 °С. Зоны с подогревом / пинцет не менее - 40-70 °С. Электрический пинцет не менее- 60-75 ° С. Вместимость- 5 л. Температура холодного места 5 °С. Аксессуары: Переключатель. Пинцеты с электрическим нагревом, наконечники 1, 2 и 4 мм. Размеры: Консоль не более 345 х 641 х 405 мм. Отапливаемая площадь не менее 340 х 253 мм. Термальная консоль. Регулируемый температурный диапазон, через дозирующую консоль (повышение температуры на 1 градус Цельсия) Хранение кассет не менее - 40-70 °С. Хранение формы не менее - 40-70 °С. Размеры: Консоль не более 340 х 623 х 395 мм. Хранение кассет не менее 269 х 510 х 88 мм. Хранение формы не менее 275 х 170 х 180 мм. Криоконсоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус

				Цельсия): не менее 0-12 °С.
	Техническая характеристика: Диспенсерная консоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельси Парафиновый резервуар- (+ 40 °С) - (+70 °С). Зоны с подогревом / пинцет- (+ 40 °С) - (+70 °С). 1 штука Электрический пинцет- (+ 60 °С) - (+75 °С). Вместимость- 5 л. Температура холодного места 5 °С. Аксессуары: Переключатель. Пинцеты с электрическим нагревом, наконечники 1, 2 и 4 мм. Размеры: Консоль 345 х 641 х 405 мм. Отапливаемая площадь 340 х 253 мм. Термальная консоль. Регулируемый температурный диапазон, через дозирующую консоль (повышение температуры на 1 градус Цельсия) Хранение кассет - (+ 40 °С) - (+70 °С). Хранение формы - (+ 40 °С) - (+70 °С). Размеры: Консоль 340 х 623 х 395 мм. Хранение кассет 269 х 510 х 88 мм.			

	Хранение формы 275 х 170 х 180 мм. Криоконсоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельсия): 0-12 °С. Размеры: Консоль 335 х 623 х 395 мм. Холодная плита 375 х 307 мм			
Дополнительные комплектующие				
-	-			-
				-
Расходные материалы				
-	-			-
				-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электрические характеристики: напряжение / частота 220 В / 50-60 Гц Температура окружающей среды и относительная влажность от -10 °С до 50 °С и менее 90 % соответственно.	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 15 дней с момента подписания договора Адрес: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А;		Требования к условиям эксплуатации Срок поставки МТ и место дислокации	Электрические характеристики: напряжение / частота 220 В / 50-60 Гц Температура окружающей среды и относительная влажность от -10 °С до 50 °С и менее 90 % соответственно 15 дней с момента подписания договора Адрес: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А

			Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в

	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание будет проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и	

		эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			

NB! При сравнении технических характеристик двух моделей , можно судить о их соответствии. Но в связи с тем, что ТОО»TAYAN LTD не указал ни предлагаемую модель станции для заливки парафиновых блоков, ни страну производителя, то по этому факту можно судить о не соответствии предлагаемых характеристик.

Эксперт Шавнина Н.П. **ФИО/подпись** Шавнина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DISmed"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TAYAN LTD"**		
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Миниатюрная гибкая оптика.	**соответствует**	**соответствует**		
Расширитель одношаговый с центальным каналом для проводника	**соответствует**	**соответствует**		
Тубус, операционный для постоянной ирригации и аспирации	**соответствует**	**соответствует**		
Дополнительные комплектующие				
нет				
Расходные материалы				
Нет				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	**соответствует**		

Эксперт - Зав.отделением урологии **Жунусов С. А.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ОСТ- Фарм»**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TAYAN LTD"**
Предлагаемая модель МТ:	Противопролежневый протектор серии Azure AZ301	Противопролежневый протектор для пояснично-крестцовой области большой.
Производитель МТ:	TRULIFE LIMITED, Ирландия	Не прописан производитель
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной блок	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие		
нет		
Расходные материалы		
Нет		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
	соответствует	**соответствует**

Эксперт : Зав ОРИТ ОКБ **Каримова И.А.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ОСТ- Фарм»**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TAYAN LTD"**
Предлагаемая модель МТ:	Противопролежневый протектор серии Oasis Elite EL151	Противопролежневый протектор для головы (для затылка и шеи), взрослый.
Производитель МТ:	TRULIFE LIMITED, Ирландия	Не прописан производитель
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной блок	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие		
нет		
Расходные материалы		
Нет		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
	соответствует	**соответствует**

Эксперт : Зав ОРИТ ОКБ **Каримова И.А.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ОСТ- Фарм»**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TAYAN LTD"**
Предлагаемая модель МТ:	Противопролежневый протектор серии Oasis Elite EL130	Противопролежневый протектор для пяток
Производитель МТ:	TRULIFE LIMITED, Ирландия	Не прописан производитель
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной блок	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие		
нет		
Расходные материалы		
Нет		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
	соответствует	**соответствует**

Эксперт : Зав ОРИТ ОКБ **Каримова И.А.**