Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Телемедицинский центр «Сапа»**
Предлагаемая модель МТ:	**Телекардиограф для новорожденных и женщин**
Производитель МТ:	Производитель не указан
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие	
Основной блок	**Не соответствует** по пункту 7. Детские одноразовые электроды для ЭКГ Размер электродов превышает требуемый и не соответствует неонатальному применению, количество в упаковке меньше. Закявлено: Электроды неонатальные, до 22 мм, в упаковке 100 шт. Представлено: ЭКГ электроды одноразовые на клейкой основе, детские 45 мм (в упаковке 50 штук)
Дополнительные комплектующие	
	Не представлены
Расходные материалы	
	Не представлены
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	соответствует

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Туран"
Предлагаемая модель МТ:	Кровать для родов электрическая HG01-L
Производитель МТ:	Mone Medikal Tic. ve San. A.S., Турция
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие	
Основной блок	соответствует
Дополнительные комплектующие	
	соответствует
Расходные материалы	
Нет	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	соответствует

Эксперт : Заведующая отделением ПЦ2 **Нуркеева Ж.С.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "DISmed"
Предлагаемая модель МТ:	Резектоскоп для биполярной ТУР предстательной железы KARL STORZ SE & Co KG
Производитель МТ:	KARL STORZ SE & Co KG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие	
Основной блок	соответствует
Дополнительные комплектующие	
нет	
Расходные материалы	
Нет	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	соответствует

Эксперт : Зав.отделением урологии **Жунусов С**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет-Фарм"**	**"VIP MEDICA"**
Предлагаемая модель МТ:	**Наименование по регистрационному удостоверению: Фетальный монитор серии F90**	**Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода F9 Express № РК-МТ-5№022659 от 11.08.2021г., №N041652**
Производитель МТ:	**Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай**	**Edan Instruments, Inc., Китай**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной блок	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие		
нет	соответствует	Не соответствует 1. Ёмкость литиевой аккумуляторной батареи по РУ 5000 мА ч (в заявке ёмкость не более 4000 мА ч) 2. По РУ нет передвижной мобильной стойки
Расходные материалы		
Нет	соответствует	Не соответствует 1. Нет стимулятора для плода для подачи вибрирующей стимуляции через брюшную полость матери 2. Нет ультразвукового датчика для двойни 3. Нет кабеля ЭКГ на 5 отведений
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
	Не соответствует 1. Неверный адрес доставки 2. Несоответствие срока доставки (90 дней, вместо заявленных 15 дней)	**соответствует**

Эксперт : Зав родильным отделением ОКБ ПЦ1 **Бардеева М.Е.**