Заключение по лоту № 7269946-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ИП АНАШ АЛИХАН	Замечание
1	**Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические	**Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические	**Не соответствует** Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники

	детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати должны составлять не более 213x105x45 см. Нижняя часть должна быть не более 1530x700 мм между осями.	детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати должны составлять не более 213x105x45 см. Нижняя часть	

	Поверхность для лежания должна быть не менее 90x190 см. ППУ панели должны быть не менее 420x920 мм. Поручни должны быть не более 1430x360 мм.	должна быть не более 1530x700 мм между осями. Поверхность для лежания должна быть не менее 90x190 см. ППУ панели должны быть не менее 420x920 мм. Поручни должны быть не более 1430x360 мм.	
2	**Матрас** Матрас размером не менее 90x190x11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	**Матрас** Матрас размером не менее 90x190x11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	**Не соответствует** Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры

			медицинской техники
3	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	**Не соответствует** Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**

Заключение по лоту № 7269966-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО "APEX C"	Примечание
1	**Дрель двухклавишная** Дрель двухклавишная аккумуляторная, канюлированная управление двумя клавишами на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Режимы вперед, назад, осциляторный, безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переключение режима дрель/ример на рукоятке), максимальная скорость в режиме дрели не менее 1200 об/мин.в режиме римера не менее 270 об/мин. Мощность в режиме римера не менее 16,95 N/m Установка насадки в любом положении(360˚) Вес с батареей не более 1,6кг. Высота (с батареей) не более 219 мм, Ширина – не более 38 мм, Длина – не более 153 мм. Не менее 1200 об./мин (режим сверления), не менее 270 об./мин (режим развертки). Режимы прямого и обратного вращения – Прерывистый, 1 мин работы/ 4 мин покоя, 3 раза. Режим колебательного вращения – Прерывистый, 15 секунд работы/ 15 секунд бездействия, 5 раз.	**Дрель двухкла-вишная System 8 Dual Trigger Rotary** Дрель двухклавишная аккумуляторная, канюлированная управление двумя клавишами на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Ре-жимы вперед, назад, осциляторный, безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (пе-реключение режима дрель/ример на рукоятке), мак-симальная скорость в режиме дрели 1200 об/мин.в режиме римера 270 об/мин, Мощность в режиме ри-мера 16,95 N/m Установка насадки в любом положе-нии(360˚) Вес с батареей 1,6кг. Высота (с батареей) - 8,6 дюймов (219 мм), Ширина – 1,5 дюйма (38 мм), Длина – 6,0 дюймов (153 мм) 1200 об./мин (режим сверления), 270 об./мин (режим развертки). Режимы прямого и обратного вращения – Прерывистый, 1 мин работы/ 4 мин покоя, 3 раза. Режим колебатель-ного вращения – Прерывистый, 15 секунд работы/ 15 секунд бездействия, 5 раз. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	Соответствует
2	**Патрон дрели модифицированный** Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Модифцированный. Количество	**Патрон дрели Hudson/ моди-фицированный Trinkle** Патрон должен быть с быстрым бесключевым	Соответствует

	граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона.	соединением. Модифцированный. Количество граней хвостовика: 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика па-трона в дрели: 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпа-дения патрона. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	
3	**Патрон дрели** Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением хадсон. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Канюлированный.	**Патрон дрели Hudson** Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Канюлированный. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	Соответствует
4	**Патрон дрели 6.4 мм с ключом** Патрон с ключевым соединением до 6,4мм, 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 6,35 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона.	**Патрон дрели 6.4 мм с ключом** Патрон с ключевым соединением до 6,4мм, 3-х ку-лачковый механизм фиксации. Возможность фикса-ции любых сверл диаметром до 6,35 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: 31, количество граней хвостовика: 6. Количество специальных про-резей для более надежной и точной фиксации хво-стовика патрона в дрели: 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвра-щению выпадения патрона. Канюлированный. **Производитель:** *Stryker Instruments*	Соответствует

	Канюлированный.	**Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	
5	**Патрон дрели малый** Насадка с быстрым соединением малым, количество граней хвостовика- 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели- 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона, канюлированный.	**Патрон дрели АО малый** Насадка с быстрым соединением с АО, малым, количество граней хвостовика- 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели- 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона, канюлированный. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	Соответствует
6	**Патрон дрели для проведения спиц 0.7 - 2.0 мм для двухклавишной дрели** Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 0,7-2.0 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь.	**Патрон дрели для проведения спиц 0.7 - 2.0 мм для двухклавишной дрели** Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 0,7-2.0 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр 26 мм, длина 88 мм, вес 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	Соответствует
7	**Патрон дрели для проведения стержней 2.0 - 3.2 мм для двухклавишной дрели**	**Патрон дрели для проведения стержней 2.0 - 3.2 мм для двухклавишной дрели**	Соответствует

	Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 2-3,2 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь.	Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 2-3,2 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр 26 мм, длина 88 мм, вес 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	
8	**Патрон дрели для проведения стержней 3.0-4.2 мм для двухклавишной дрели** Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 3-4,2 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь.	**Патрон дрели для проведения стержней 3.0-4.2 мм для двухклавишной дрели** Канюлированный, фиксируется на дрели автоматиче-ски без ключа. Насадка оснащается специальным ры-чагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быст-рой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 3-4,2 мм. Пе-редаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр 26 мм, длина 88 мм, вес 0,27 кг. Материал изготовле-ния: нержавеющая сталь. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	Соответствует
9	**Аккумулятор большой** Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion).	**Аккумулятор System 8 большой** Батарея аккумуляторная большая для системы	Соответствует

	Заряженный аккумулятор удерживает 90% заряда в течение 10 суток. Обеспечивает 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Габариты: Высота не более 76 мм, ширина не более 71 мм, длина не более 84 мм. Масса: не более 0,42 кг. Напряжение: не менее 9,9 В. Запас энергии: не менее 21,8 Вт ч. Емкость: не менее 2200 мА ч. Ток: 60 А (ограничен).	хи-ургической System-8. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Заряженный аккумулятор удерживает 90% за-ряда в течение 10 суток. Обеспечивает 26,5 минут не-прерывной работы при лёгкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запо-минающий количество циклов перезарядок. Крепле-ние: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Габариты: Высота 76 мм, ширина 71 мм, длина 84 мм. Масса: 0,42 кг. Напряжение: 9,9 В. Запас энергии: 21,8 Вт ч. Емкость: 2200 мА ч. Ток: 60 А (ограничен). **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	
10	**Контейнер для двух рукояток с чехлами и направителями** Контейнер для стерилизации рукояток с принадлежностями, на 2 рукоятки. Вместимость: не менее 2 рукоятки, материал корпуса: нержавеющая сталь, PEEK, TPE.	**Контейнер для двух рукояток с чехлами и направителями** Контейнер для стерилизации рукояток с принадлеж-ностями, размером 1/2 x 8", на 2 рукоятки. Вмести-мость: 2 рукоятки, материал корпуса: нержавеющая сталь, PEEK, TPE. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	Соответствует
11	**Зарядное устройство универсальное** Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 4х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отдельном для каждого гнезда, цикл	**Зарядное устройство универсальное** Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 4х аккуму-ляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, от-дельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает	Соответствует

	зарядки включает в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур не менее 20 В. Механические характеристики: Размеры: ширина х, высота х длина (не более 257х130х394 мм). Масса: не более 5.2 кг.	в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность за-рядки не стерилизуемого аккумулятора в асептиче-ском блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокри-сталлический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механиче-ские характеристики: Размеры: ширина х, высота х длина (257х130х394 мм). Масса: 5.2 кг. **Производитель:** *Stryker Instruments* **Страна:** *США* **Регистрационное удостоверение:** *РК-МИ (МТ) - №020738 с 15.06.2023 по бессрочно*	

Заведующий отделением политравмы, эндопротезирования и комбустиологии **Ботаев Р.С.**

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**

Заключение по лоту № 7269946-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО АсКай	Замечание
1	**Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В	**Кровать медицинская функциональная KZMED (204M спинки ABS) (Усиленное ложе) Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь	**Не соответствует** Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники

	головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати должны составлять не более 213x105x45 см. Нижняя часть должна быть не более 1530x700 мм между осями. Поверхность для лежания должна быть не менее 90x190 см. ППУ панели должны быть не менее 420x920 мм. Поручни должны быть не более 1430x360 мм.	грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати должны составлять не более 213x105x45 см. Нижняя часть должна быть не более 1530x700 мм между осями. Поверхность для лежания должна быть не менее 90x190 см. ППУ панели должны быть не менее 420x920 мм. Поручни должны быть не более 1430x360 мм.	
			Не соответствует Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в

2	**Матрас** Матрас размером не менее 90x190x11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	**Матрас** Матрас размером не менее 90x190x11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники
3	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	**Не соответствует** Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть

			указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**

Заключение по лоту № 7269946-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (АТМ КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВ	Примечание
1	**Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические	**Кровать механическая функциональная АТМ Механическая кровать для пациента** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть	Соответствует

	детали на поверхности кровати: Металлические детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати должны составлять не более 213x105x45 см. Нижняя часть	изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати изготовлена из профиля 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические детали на поверхности кровати изготовлены из профиля 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать имеет 4 пластиковых ролика диаметром 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо имеет грузоподъемность 90 кг. 4. Панели и противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером 50*60*200 мм. Эти панели сконструированы таким образом, что их можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах слоты для аксессуаров, диаметром 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати окрашен электростатической порошковой краской.	

	должна быть не более 1530х700 мм между осями. Поверхность для лежания должна быть не менее 90х190 см. ППУ панели должны быть не менее 420х920 мм. Поручни должны быть не более 1430х360 мм.	6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не острые концы и заусенцы. Кровать должна выдерживать нагрузку 170 кг. Размеры кровати составляет 213х105х45 см. Нижняя часть 1530х700 мм между осями. Поверхность для лежания должна 90х190 см. ППУ панели должны быть 420х920 мм. Поручни должны быть 1430х360 мм.	
2	**Матрас** Матрас размером не менее 90х190х11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	**Матрас** Матрас размером 90х190х11 см поставляется вместе с кроватью. Матрас покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас имеет молнию и сниматься при необходимости.	Соответствует
3	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки изготовлена из профиля 25 мм и высотой 150 см. На стойке место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	Соответствует

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**

Заключение по лоту № 7269986-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО "Медико-Инновационные Технологии"	Примечание
1	**Компрессорная станция для сжатого воздуха** Компрессорная станция для сжатого воздуха: Компрессор с производительностью: не менее 1450 л/мин, Мощность двигателя: не более 11 кВт, скорость вращения не менее 2925 об/мин. Габаритные размеры: Длина: не более 800 мм, ширина: не более 670 мм, высота: не более 1100 мм. Уровень шума: не более 66 дБ(А), масса установки: не более 300 кг, Емкость масляного бака: 7,5 л; Тип привода: Ременной; Тип двигателя: Электрический. Материалы и компоненты: Корпус насосов и ключевые компоненты изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, предназначенной для использования в агрессивных средах. Антивибрационные опоры и демпферы для снижения уровня вибрации и повышения срока службы станции. Система охлаждения с оптимизированными воздушными потоками, исключающая перегрев.	**Компрессорная станция для сжатого воздуха** Компрессорная станция для сжатого воздуха: Компрессор с производительностью: 1450 л/мин, Мощность двигателя: 11 кВт, скорость вращения 2925 об/мин. Габаритные размеры: Длина: 800 мм, ширина: 670 мм, высота: 1100 мм. Уровень шума: 66 дБ(А), масса установки: 300 кг, Емкость масляного бака: 7,5 л; Тип привода: Ременной; Тип двигателя: Электрический. Материалы и компоненты: Корпус насосов и ключевые компоненты изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, предназначенной для использования в агрессивных средах. Антивибрационные опоры и демпферы для снижения уровня вибрации и повышения срока службы станции. Система охлаждения с оптимизированными воздушными потоками, исключающая перегрев.	Соответствует
2	**Резервуар для охлаждающей жидкости** Состоит из:1) Бак для охлаждающей жидкости 2) Смотровое стекло 3) Заправочный патрубок 4) Слив для охлаждающей жидкости	**Резервуар для охлаждающей жидкости** Состоит из:1) Бак для охлаждающей жидкости 2) Смотровое стекло 3) Заправочный патрубок 4) Слив для охлаждающей жидкости	Соответствует
3	**Всасывающий фильтр**	**Всасывающий фильтр**	Соответствует

	Стандартный всасывающий фильтр расположен непосредственно над ступенью Компрессора.	Стандартный всасывающий фильтр расположен непосредственно над ступенью Компрессора.	
4	**Ступень компрессора** Всасываемый воздух проходит через ступень компрессора, сжимается и вместе с впрыскиваемой охлаждающей жидкостью подается в бак высокого давления для охлаждающей жидкости.	**Ступень компрессора** Всасываемый воздух проходит через ступень компрессора, сжимается и вместе с впрыскиваемой охлаждающей жидкостью подается в бак высокого давления для охлаждающей жидкости.	Соответствует
5	**Охладитель** Сжатый воздух охлаждается в специальном доохладителе сжатого воздуха, прежде чем покинуть винтовой компрессор через специальный патрубок. Хладагент охлаждается охладителем жидкости и возвращается в контур охлаждения.	**Охладитель** Сжатый воздух охлаждается в специальном доохладителе сжатого воздуха, прежде чем покинуть винтовой компрессор через специальный патрубок. Хладагент охлаждается охладителем жидкости и возвращается в контур охлаждения.	Соответствует
6	**Фильтр тонкой очистки** Фильтр тонкой очистки удаляет остатки охлаждащей жидкости из сжатого воздуха.	**Фильтр тонкой очистки** Фильтр тонкой очистки удаляет остатки охлаждащей жидкости из сжатого воздуха.	Соответствует
7	**Клапан минимального давления с функцией обратного** Клапан поддержания минимального давления с функцией обратного открывается только при повышении давления в системе до 5 бар. После выключения винтового компрессора клапан поддержания минимального давления с функцией обратного предотвращает выход сжатого воздуха из сети.	**Клапан минимального давления с функцией обратного** Клапан поддержания минимального давления с функцией обратного открывается только при повышении давления в системе до 5 бар. После выключения винтового компрессора клапан поддержания минимального давления с функцией обратного предотвращает выход сжатого воздуха из сети.	Соответствует
8	**Фильтр очистки охлаждающей жидкости** Фильтр очистки охлаждающей жидкости очищает хладагент перед ее повторным впрыском на ступень компрессора.	**Фильтр очистки охлаждающей жидкости** Фильтр очистки охлаждающей жидкости очищает хладагент перед ее повторным впрыском на ступень компрессора.	Соответствует
9	**Вентилятор охлаждения** Охлаждение доохладителя сжатого воздуха и охладителя жидкости осуществляется за счет вентилятора охлаждения. Вентилятор охлаждения также подает на всасывающий фильтр достаточный	**Вентилятор охлаждения** Охлаждение доохладителя сжатого воздуха и охладителя жидкости осуществляется за счет вентилятора охлаждения. Вентилятор охлаждения также подает на всасывающий фильтр достаточный	Соответствует

	объем воздуха. Отверстия для подачи и выпуска охлаждающего воздуха должны быть свободными. Подаваемый объем охлаждающего воздуха должен соответствовать	объем воздуха. Отверстия для подачи и выпуска охлаждающего воздуха должны быть свободными. Подаваемый объем охлаждающего воздуха должен соответствовать	

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**

Заключение по лоту № 7269986-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО Фирма МедСистем	Примечание
1	**Компрессорная станция для сжатого воздуха** Компрессорная станция для сжатого воздуха: Компрессор с производительностью: не менее 1450 л/мин, Мощность двигателя: не более 11 кВт, скорость вращения не менее 2925 об/мин. Габаритные размеры: Длина: не более 800 мм, ширина: не более 670 мм, высота: не более 1100 мм. Уровень шума: не более 66 дБ(А), масса установки: не более 300 кг, Емкость масляного бака: 7,5 л; Тип привода: Ременной; Тип двигателя: Электрический. Материалы и компоненты: Корпус насосов и ключевые компоненты изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, предназначенной для использования в агрессивных средах. Антивибрационные опоры и демпферы для снижения уровня вибрации и повышения срока службы станции. Система охлаждения с оптимизированными воздушными потоками, исключающая перегрев.	**Компрессорная станция для сжатого воздуха** Компрессорная станция для сжатого воздуха: Компрессор с производительностью: 1450 л/мин, Мощность двигателя: 11 кВт, скорость вращения 2925 об/мин. Габаритные размеры: Длина: 800 мм, ширина: 670 мм, высота: 1100 мм. Уровень шума: 66 дБ(А), масса установки: 300 кг, Емкость масляного бака: 7,5 л; Тип привода: Ременной; Тип двигателя: Электрический. Материалы и компоненты: Корпус насосов и ключевые компоненты изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, предназначенной для использования в агрессивных средах. Антивибрационные опоры и демпферы для снижения уровня вибрации и повышения срока службы станции. Система охлаждения с оптимизированными воздушными потоками, исключающая перегрев.	Соответствует
2	**Резервуар для охлаждающей жидкости** Состоит из:1) Бак для охлаждающей жидкости 2) Смотровое стекло 3) Заправочный патрубок 4) Слив для охлаждающей жидкости	**Резервуар для охлаждающей жидкости** Состоит из:1) Бак для охлаждающей жидкости 2) Смотровое стекло 3) Заправочный патрубок 4) Слив для охлаждающей жидкости	Соответствует
3	**Всасывающий фильтр**	**Всасывающий фильтр**	Соответствует

	Стандартный всасывающий фильтр расположен непосредственно над ступенью Компрессора.	Стандартный всасывающий фильтр расположен непосредственно над ступенью Компрессора.	
4	**Ступень компрессора** Всасываемый воздух проходит через ступень компрессора, сжимается и вместе с впрыскиваемой охлаждающей жидкостью подается в бак высокого давления для охлаждающей жидкости.	**Ступень компрессора** Всасываемый воздух проходит через ступень компрессора, сжимается и вместе с впрыскиваемой охлаждающей жидкостью подается в бак высокого давления для охлаждающей жидкости.	Соответствует
5	**Охладитель** Сжатый воздух охлаждается в специальном доохладителе сжатого воздуха, прежде чем покинуть винтовой компрессор через специальный патрубок. Хладагент охлаждается охладителем жидкости и возвращается в контур охлаждения.	**Охладитель** Сжатый воздух охлаждается в специальном доохладителе сжатого воздуха, прежде чем покинуть винтовой компрессор через специальный патрубок. Хладагент охлаждается охладителем жидкости и возвращается в контур охлаждения.	Соответствует
6	**Фильтр тонкой очистки** Фильтр тонкой очистки удаляет остатки охлаждащей жидкости из сжатого воздуха.	**Фильтр тонкой очистки** Фильтр тонкой очистки удаляет остатки охлаждащей жидкости из сжатого воздуха.	Соответствует
7	**Клапан минимального давления с функцией обратного** Клапан поддержания минимального давления с функцией обратного открывается только при повышении давления в системе до 5 бар. После выключения винтового компрессора клапан поддержания минимального давления с функцией обратного предотвращает выход сжатого воздуха из сети.	**Клапан минимального давления с функцией обратного** Клапан поддержания минимального давления с функцией обратного открывается только при повышении давления в системе до 5 бар. После выключения винтового компрессора клапан поддержания минимального давления с функцией обратного предотвращает выход сжатого воздуха из сети.	Соответствует
8	**Фильтр очистки охлаждающей жидкости** Фильтр очистки охлаждающей жидкости очищает хладагент перед ее повторным впрыском на ступень компрессора.	**Фильтр очистки охлаждающей жидкости** Фильтр очистки охлаждающей жидкости очищает хладагент перед ее повторным впрыском на ступень компрессора.	Соответствует
9	**Вентилятор охлаждения** Охлаждение доохладителя сжатого воздуха и охладителя жидкости осуществляется за счет вентилятора охлаждения. Вентилятор охлаждения также подает на всасывающий фильтр достаточный	**Вентилятор охлаждения** Охлаждение доохладителя сжатого воздуха и охладителя жидкости осуществляется за счет вентилятора охлаждения. Вентилятор охлаждения также подает на всасывающий фильтр достаточный	Соответствует

	объем воздуха. Отверстия для подачи и выпуска охлаждающего воздуха должны быть свободными. Подаваемый объем охлаждающего воздуха должен соответствовать	объем воздуха. Отверстия для подачи и выпуска охлаждающего воздуха должны быть свободными. Подаваемый объем охлаждающего воздуха должен соответствовать	

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**

Заключение по лоту № 7269946-ТЗТ-Т1 тендер «Закуп медицинской техники»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО ФортунаМед	Замечание
1	**Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и	**Механическая кровать для пациента.** 1. Функции кровати: Движение спинной секции: Спинка кровати должна иметь возможность двигаться не менее чем на 70 градусов. Это движение должно осуществляться вручную, с помощью поворотных ручек в ножной части. Движение ножной части: Ножная часть кровати должна двигаться не менее чем на 35 градусов. Это движение также должно выполняться вручную, опять же с помощью поворотных рукояток. При перемещении задней и ножной части он поднимается до нужного угла, скользя назад, чтобы не оказывать давления на тело пациента. Движение коленной части: Кровать должна быть способна приходить в перевернутое V-образное положение, обеспечивая движение коленопреклоненного ножного конца. Это движение должно осуществляться с помощью системы передач. 2. Материал и конструктивные особенности: Несущая поверхность: Опорная поверхность должна состоять из 4 частей, изготовленных из ABS пластика, толщиной не менее 2 мм. На ABS-пластике под несущей поверхностью должны быть отверстия для вентиляции матраса. Конструкция перил: Перила кровати должны быть изготовлены из алюминия и оснащены механизмом блокировки. Каркас кровати: Основная рама кровати должна быть изготовлена из профиля не более 30x50x2 мм. Металлические детали на поверхности кровати: Металлические детали на поверхности кровати должны быть изготовлены из профиля не более 30x30x1,5 мм. 3. Мобильность и колеса: Колеса: Кровать должна иметь 4 пластиковых ролика диаметром не менее 100 мм для обеспечения мобильности. Каждое колесо должно иметь грузоподъемность не менее 90 кг. 4. Панели и	**Не соответствует** Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники

	противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати должны составлять не более 213x105x45 см. Нижняя часть должна быть не более 1530x700 мм между осями. Поверхность для лежания должна быть не менее 90x190 см. ППУ панели должны быть не менее 420x920 мм. Поручни должны быть не более 1430x360 мм.	противоударные бамперы: Панели для головы и ног: В головной и ножной частях кровати должны быть панели из полипропиленового материала, повторяющие форму ©, легко прикрепляемые и отсоединяемые. На панелях должны быть ручки для прикрепления и отсоединения к кровати размером не более 50*60*200 мм. Эти панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать для проведения сердечнолегочной реанимации в экстренных ситуациях. На задней поверхности должна быть плоская область, которую можно использовать для проведения сердечно-легочной реанимации. Противоударные бамперы: Кровать должна быть оборудована противоударными бамперами с четырех сторон, размером не менее 75x35 мм, оранжевого цвета. На этих бамперах должны быть слоты для аксессуаров, диаметром не более 25 мм. 5. Краска: Металлический каркас кровати должен быть окрашен электростатической порошковой краской. 6. Общие характеристики: Острые концы и заусенцы: на кровати не должно быть острых концов и заусенцев. Кровать должна выдерживать нагрузку не менее 170 кг. Размеры кровати 213x105x45 см. Нижняя часть 1530x700 мм между осями. Поверхность для лежания 90x190 см. ППУ панели 420x920 мм. Поручни 1430x360 мм.	
2	**Матрас** Матрас размером не менее 90x190x11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	**Матрас** Матрас размером 90x190x11 см должен поставляться вместе с кроватью. Матрас должен быть покрыт полиуретановой тканью с ЧПУ, устойчивой к воздействию жидкостей и не вызывающей натирания. Матрас должен иметь молнию и сниматься при необходимости.	Соответствует
3	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна	**Стойка инфузионная встраиваемая** Дренажная вешалка: С обеих сторон кровати должна	**Не соответствует** Техническая спецификация

	быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	быть дренажная вешалка. Подвеска для сыворотки: В комплекте с кроватью должна поставляться телескопическая подвеска для сыворотки. Труба вешалки для сыворотки должна быть изготовлена из профиля не менее 25 мм и высотой не менее 150 см. На стойке должно быть место для установки флаконов(банок) для внутривенных вливаний.	медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении (пп. 2) п. 200 Правил): Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники

Начальник отдела МО и МГ **Байдюсен С.А.**