Экспертное заключение

Номер лота: **Лот N7727746-T3T-T1**

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Кызыл Жар Company»	Частная компания BS Med Ltd	ТОО «АстаМед»	ТОО «Альянс»
Предлагаемая модель:	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями HyBase 6100, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай. РК-МТ-5No021714 Дата регистрации: 31.12.2020г Действительно до: 31.12.2025г.	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями РК-МТ-5No021714 Дата регистрации: 31.12.2020г Действительно до: 31.12.2025г.	Операционный стол SU-03 с принадлежностями Производитель: FAMED Zywiec Sp. z o. 0., Польша РК МИ (МТ)-ON:024740 28.06.2022г., N°N053717 решения	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, вариант исполнения HyBase 6100,производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай. Регистрационное удостоверение: N° РК-МТ-5N°021714 от 31.12.2020г.
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Положение Тренделебург / анти-Тренделебург в диапазоне -25° / +25°	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	**Не соответствует.** Указаны не соответствующие характеристики: -40°/+40°	Соответствует

Подушка куполообразная универсальная: Размер 50*15*7см	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	**Не соответствует.** Указаны не соответствующие характеристики: Размер 35*15*7 см	Соответствует
Опоры для рук.	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует
Анестезиологический экран	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует
Инфузионная стойка	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует
Фиксирующие манжеты	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует
Ремень для фиксации пациента	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует
Опора для туловища	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует
Опора для плеч	Соответствует	**Не соответствует.** Отсутствует информация	Соответствует	Соответствует

ТОО «TAYAN LTD» отклоняется по причине прикладывания технической характеристики иного оборудования, а именно «Дефибриллятор автоматический наружный» в то время как запрашивается техническая характеристика медицинского оборудованию, а именно «Стол операционный универсальный с принадлежностями» согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года №32733, **Глава 2, Параграф 4., п.445-42., подпункт 6, 7, 11:**

6) непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил;

11) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектующим указанным в регистрационных удостоверениях на предлагаемую медицинскую технику и (или) данным указанным в государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан размещенном на интернет-ресурсе экспертной организации по номерам регистрационных удостоверений предлагаемой медицинской техники;