Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Телемедицинский центр «Сапа»**
Предлагаемая модель МТ:	**Телекардиограф для новорожденных и женщин**
Производитель МТ:	КАЗАХСТАН
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие	
Основной блок	**Соответствует**
Дополнительные комплектующие	
	Не представлены
Расходные материалы	
	Не представлены
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	соответствует

Эксперт : Руководитель ПЦ2 **Нуркеева Ж.С.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет-Фарм"**	**"VIP MEDICA"**
Предлагаемая модель МТ:	**Наименование по регистрационному удостоверению: Фетальный монитор серии F90**	**Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода F9 Express № РК-МТ-5№022659 от 11.08.2021г., №N041652** **Фетальный монитор F3 с принадлежностями РК-МТ-5№016422**
Производитель МТ:	**Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай**	**Edan Instruments, Inc., Китай**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной блок	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие		
нет	Не соответствует 1. Ёмкость литиевой аккумуляторной батареи по РУ 1500 мА ч (в заявке ёмкость не менее 4000 мА ч)	Не соответствует 1. По РУ нет передвижной мобильной стойки
Расходные материалы		
Нет	соответствует	Не соответствует 1. Нет ультразвукового датчика для двойни 2. Нет кабеля ЭКГ на 5 отведений
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
	соответствует	**соответствует**

Эксперт : Зав родильным отделением ОКБ ПЦ1 **Бардеева М.Е.**