Председателю тендерной комиссии А.Рахматуллаеву

Экспертное заключение от 23.05.2025г

Я, экспертная комиссия, согласно приказа №120-н/к от 10 апреля 2025 года объявления №340022-1: специалист лаборатории Г.Қысмұратова рассмотрела технические спецификации тендерных заявок потенциальных поставщиков и дала следующее заключение по лотам:

1	**ТОО «NanoBioTech» -** предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация **не соответствует технической спецификации Заказчика.** **1)** по лотам № 5242566-ТЗТ-ТЗТЕ-1, № 5241886-ТЗТ-ТЗТЕ-1, № 6063366-ТЗТ-ТЗТЕ-1, в технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком комплект рассчитан на проведение исследовании в дубликатах, что в два раза снижает объем фактически проводимых исследовании. В инструкциях по применению набора реагентов, предоставленных при государственной регистрации в РК (портал dari.kz) указано проведение исследовании в дубликатах, в связи с чем набор вместо 96 определении позволяет приведение 48, что в 2 раза снижает объем фактически проводимых исследовании. **2)** По лотам № 7399966-ТЗТ-ТЗТЕ-1, № 6063906-ТЗТ-ТЗТЕ-1, № 5243306-ТЗТ-ТЗТЕ-1, предлагаемый потенциальным поставщиком набор реагентов для постановки иммуноферментного анализа предусматривает разведение исследуемой сыворотки 1:100, а в комплекте набора отсутствует вспомогательный планшет для разведения. В целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, неприемлем закуп дополнительных вспомогательных медицинских изделии для проведения разведении 1:100 (вспомогательный планшет для разведения, наконечники и дозаторы на 1-2 мкл). **3)** По лоту № 5240026-ТЗТ-ТЗТЕ-1 предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует технической спецификации Заказчика. В технической спецификации и в инструкции по применению набора реагентов комплект рассчитан на проведение исследовании 48 исследуемых образцов, но предоставленных при государственной регистрации в РК (портал dari.kz) указано **"Проведение анализа;1.Поместите в рамку необходимое количество стрипов - исследуемые образцы в 2 повторах"**. В наименовании набора реагентов указаны определение , по от неструктурных белков NS3, NS4, NS5 по отдельности, когда в технической части все указанные белки определяет в одной лунке.

Специалист лаборатории **Қысмұратова Г.Т.**