Председателю тендерной комиссии А. Рахматуллаеву

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ №429382-1 от 10.06.2025г.

Я, экспертная комиссия, согласно приказа №151 от 16.05.2025г. инженер по медицинским оборудованиям А. Жунисов рассмотрели технические спецификации тендерных заявок потенциальных поставщиков и дали следующее заключение по лотам:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОС-Фармация" - Лот № 7773146-ТЗТ-ТЗТЕ-1, Лот № 7771006-ТЗТ-ТЗТЕ-1 **соответствует требованиям технической спецификации. Имеется письмо, о том что медицинская техника не относится к средствам измерения. Имеется талон.**

ТОО "ДиАКиТ" - Лот № 7732606-ТЗТ-ТЗТЕ-1 **НЕ соответствует требованиям технической спецификации. Имеется письмо, о том что медицинская техника не относится к средствам измерения. Имеется талон.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "WorldTech" - Лот № 7732606-ТЗТ-ТЗТЕ-1 Лот № 7732606-ТЗТ-ТЗТЕ-1 **соответствует требованиям технической спецификации. Имеется письмо, о том что медицинская техника не относится к средствам измерения. Имеется талон.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Виста Мед" - Лот № 7738046-ТЗТ-ТЗТЕ-1 **соответствует требованиям технической спецификации. Имеется письмо, о том что медицинская техника не относится к средствам измерения. Имеется талон.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" - Лот № 7771006-ТЗТ-ТЗТЕ-1 **НЕ соответствует требованиям технической спецификации. Имеется талон.**

Инженер по медицинским оборудованиям **А. Жунисов**

Параметр	Техническая спецификация ГПЦ	Техническая спецификация ТОО "ДиАКиТ"	Комментарии
Изображение			
Принцип измерения	Турбоденситометрический, оптикомеханический, с автоматической нулевой регулировкой и применением магнитных мешалок для\ гомогенизации тестовой суспензии и повышенной чувствительности	Метод определения спаренных гранул в магнитном поле для измерения времени коагуляции (свертываемости) компонентов крови	Не соответствует требованиям технической спецификации
Меню тестов	Протромбиновое время, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время, Дефицит факторов: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Волчаночный антикоагулянт, Батроксобиновое время, Протеин С и протеин S	Протромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время и коэффициенты коагуляции крови II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Pro C, Pro S, HEP, LMWH (гепарин с низкой молекулярной массой).	Не соответствует требованиям технической спецификации
Производительность	60 ПВ тестов в час 30 АЧТВ	60 ПВ тестов в час 30 АЧТВ	
Количество каналов для измерения	2 канала	4 канала	
Перемешивание реакционной смеси	Автоматическое центральное перемешивание.Смешивание образцов во время измерения	Автоматическое центральное перемешивание.Смешивание образцов во время измерения	
Количество позиций для образцов	30	16	Не соответствует требованиям технической спецификации
Таймер для измерения	Встроенный. Максимальное время 6000 с, погрешность < 0,1 с	Встроенный. Максимальное время тестирования определяется пользователем в диапазоне от 60 до 999 секунд.	-
Объем кюветы	150–225 мкл (тестовая суспензия)	–	Не указан
Калибровка	Ручной ввод точек калибровочной кривой, в зависимости от метода	Ручной ввод точек калибровочной кривой, в зависимости от метода	-
Калибровочная кривая	Калибровочные кривые программируются по 9 точек на каждую кривую	–	Не указан
Флаконы реагентов	4 позиции под флаконы GW15 или GW5 (с кольцами редуктора)	4 позиции	-
Инкубационный блок	Контролируемая температура 37,4°C ± 1,0°C. 1 позиция для реагентов с перемешиванием с предварительно заданной скоростью 250 оборотов в минуту	Температура прибора с постоянной температурой и инкубационной камеры составляет 37,0°C±1,0°C.	-
Источник освещения	Светоизлучающий диод, интенсивность света зависит от замутненности образца	–	Не указан
Открытая система	Работа с реагентами компании Siemens.	Возможность работы с реагентами разных производителей	-
Память	–	1000 данных о пробах	-
Принтер	Встроенный термопринтер 58 мм, с внешним бумажным рулоном (50 м)	Встроенный термопринтер	-
Подключение к ЛИС	Есть	Есть	-
Интерфейс подключения	Наличие RS-232C, MINI-DIN	Наличие RS-232 порта	-
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей, 2 линии по 20 символов каждая	5,1-дюймовый ЖК-экран	-
Размеры (Ш x В x Г)	220 мм x 110 мм x 317 мм	380мм x 340мм x 130мм	Не соответствует требованиям технической спецификации
Вес	3,8 кг	5,6 кг	Не соответствует требованиям технической спецификации
Спецификация электропитания	100В – 240В переменного тока, 50Гц/60Гц, потребляемая мощность: макс.145 ВА	100В – 240В переменного тока, 50Гц/60Гц	-
Спецификация внешних условий эксплуатации	Работа: 10°C ~ 30°C, относительная влажность воздуха 10-85% Хранение: 2 ~ 50°C, относительная влажность воздуха 10-85%	Работа: 15°C ~ 35°C, относительная влажность воздуха ≤80%, 75 кПа ~ 106 кПа Хранение: -20°C ~ 55°C, относительная влажность воздуха ≤85%, 75 кПа ~ 106 кП	-

Инженер по медицинским оборудованиям **А. Жунисов**

№	Техническая спецификация ГПЦ	Техническая спецификация ТОО "АЛЬЯНС"	Комментарии
1	Операционный стол серии SU, модель SU-14 с принадлежностями в комплекте Производитель: FAMED Zywiec Sp. z o. o., Польша	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, вариант исполнения UniBase 30, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай.	
2	Ширина матраса 605 мм	Ширина матраса 560 мм	Ширина стола и ширина матраса модели SU-14 более широкая , что позволяет комфортно позиционировать пациента для проведения различных операций также широкий стол предпочтительнее при операциях на пациентах с большой массой тела, обеспечивая дополнительную устойчивость и безопасность
3	Общая ширина столешницы (с планками) 650 мм	Общая ширина столешницы (с планками) 556 мм	Ширина стола и ширина матраса модели SU-14 более широкая , что позволяет комфортно позиционировать пациента для проведения различных операций также широкий стол предпочтительнее при операциях на пациентах с большой массой тела, обеспечивая дополнительную устойчивость и безопасность
4	Угол подъема спинной секции 85°	Угол подъема спинной секции 80°	SU-14 предлагает больший диапазон регулировки что обеспечивает более комфортное и эффективное положение пациента во время операции
5	Угол подъема ножной секции 25°	Угол подъема ножной секции 20°	SU-14 предлагает больший диапазон регулировки что обеспечивает универсальность стола, делая его подходящим для широкого спектра операций, что уменьшает необходимость в переналадке оборудования
6	Вес стола 160 кг	Вес стола 320 кг	Более лёгкий стол проще перемещать в рамках операционной

Инженер по медицинским оборудованиям **А. Жунисов**