Протокол №3

Город Атырау

10.10.2025 г

Наименование потенциального поставщика	Основания отклонения
ИП ДАНИЛЕНКО СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА GROMAX	**9363766-ТЗТ-ТЗТЕ-1 Система дыхательная назальная в CPAP для новорожденных** Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP - срок действия регистрационного удостоверения истек: Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№020684. Дата регистрации: 03.07.2020, дата истечения: 03.07.2025. В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: 1) Кислородный шланг высокого давления; 2) Держатель кислородного баллона; 3) Кислородный баллон; 4) Внутренний аккумулятор Назальные канюли однократного применения (размеры: micro, small, medium, medium wide, large, xlarge, large wide); 5) Поролоновый держатель однократного применения, для удобного позиционирования активного генератора; 6) Назальные канюли однократного применения для высокопоточной кислород терапии (размеры: small, medium, large, xlarge); 7) Лента измерительная; Отсутствуют требуемые по ТЗ параметры: Характеристики пневматической системы: Величина потока: от не более 0 до не менее 17,5 л/мин; Диапазон регулирования: от не более 2 до не менее 17,5 л/мин; Орган управления аппаратом представляет собой интегрированный цветной LCD-дисплей, с параметрами, следующими: диагональю не менее 7 дюймов, разрешением не менее 800 х 480 пикселей, а также различных кнопок и поворотных устройств на передней панели; Базовый блок-аппарата, вес не более 6,25 кг;
	9354326-ТЗТ-ТЗТЕ-1Видеокольпоскоп Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме (наименование комплектующего, указанного в ТС поставщика должно быть в соответствии с рег. удостоверением); Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники. Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Вертикальный штатив (с Т-образным основанием): Вес: не более 8кг.», потенциальным поставщиком предлагается «Штатив с поворотным рычагом: Вес: 30 кг». Больший вес штатива затрудняет его перемещение и использование в условиях, требующих лёгкой мобильной конструкции, ограничивает перемещение и не позволяет использовать его в условиях, где требуется легкая мобильная конструкция с Т-образным основанием. В ТЗ требуется «HDD: не менее 1 Т», потенциальным поставщиком предлагается «Жесткий диск: 500 Гб.» Объем встроенного жесткого диска меньше, что ограничивает хранение данных и работу специализированного программного обеспечения. Отсутствуют требуемые по ТЗ параметры: Степень защиты педального переключателя от вредного воздействия в результате проникновения воды: не хуже IPX8; Память: не менее 4GB;

	Макс. разрешение: не менее 1920 x 1080; Индекс цветопередачи: SMD-источник света: Ra не менее 90; Функция записи видео рассчитана на не менее один час. Через не менее час после начала записи система автоматически останавливает запись; Равномерность освещения: В пределах диаметра пятна SMD-источник света не менее 80%.
Товарищество с ограниченной ответственностью "DENSAULYQ Life"	**9363966-T3T-T3TE-1Монитор пациента- Соответствует 9352246, 9352406, 9353326, 9353566, 9353946, 9354686, 9357726, 9358546, 9359106, 9361486, 9603326 Гинекологическое кресло Соответствует**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТриМедика"	**9363766-T3T-T3TE-1 Система дыхательная назальная в CPAP для новорожденных- Соответствует** **9363926-T3T-T3TE-1 Открытая реанимационная система - Соответствует**
Товарищество с ограниченной ответственностью "PharmaTrade"	**9363966-T3T-T3TE-1Монитор пациента** Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Тренды: не менее 180 часов», потенциальным поставщиком предлагается «Данные тренда, длинный тренд: 120 ч». Больший объём данных тренда обеспечивает возможность длительного наблюдения за динамикой жизненных показателей, повышает точность клинической оценки состояния пациента, упрощает ведение тяжёлых и хронических пациентов и снижает необходимость частого экспорта данных. В ТЗ требуется «Пропускная способность: Диагностический режим-от не более 0,05-до не менее 150 Гц», потенциальным поставщиком предлагается «Диагностический режим, диапазон: 0.05 Гц～100 Гц». Высокий диапазон обеспечивает более полное отображение высокочастотных компонентов ЭКГ-сигнала. В ТЗ требуется «Монитор имеет не менее 4 режима измерения NIBP», потенциальным поставщиком предлагается «Режимы измерения НИАД: Ручной, автоматический, непрерывный». В ТЗ требуется «Диапазон систолического давления: Новорожденные: нижняя граница не более 30; верхняя граница не менее 135 мм Hg.», потенциальным поставщиком предлагается «Диапазон измерения систолического давления (мм рт.ст.): Новорожденные: 40～135». Диапазон уже требуемого, что ограничивает возможность измерения систолического давления у новорождённых с более низкими значениями и снижает точность мониторинга в клинически значимых состояниях. В ТЗ требуется Диапазон диастолического давления: Взрослые: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 220 мм Hg. Дети: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 225 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 110 мм Hg.», потенциальным поставщиком предлагается «Диапазон измерения диастолического давления (мм рт.ст.): Взрослые: 10～210 Дети: 10～145 Новорожденные: 10～95». Диапазоны уже требуемого, что ограничивает возможность измерения давления снижает точность мониторинга в клинически значимых состояниях. В ТЗ требуется «Диапазон среднего давления: Дети: нижняя граница не более 20; верхняя граница не менее 235 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 20; верхняя граница не менее 125 мм Hg», потенциальным поставщиком предлагается «Диапазон измерения среднего давления (мм рт.ст.): Дети: 20～165, Новорожденные: 20～105». Диапазон уже требуемого, что ограничивает возможность точного мониторинга среднего давления В ТЗ требуется «PR: Диапазон от не более 25 уд/мин до не менее 300 уд/мин» потенциальным поставщиком предлагается «Диапазон

	измерения PR (частоты пульса): 30~254 ударов в минуту» Диапазон уже требуемого, что исключает возможность регистрации очень низкой частоты пульса и ограничивает мониторинг пациентов с тахикардией высокой частоты. В ТЗ требуется «Манжета для взрослых с коннектором: Окружность от не более 33 до не менее 47 см» потенциальным поставщиком предлагается «Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления (31-40 см)» Диапазон уже требуемого, что ограничивает применение манжеты. Отсутствуют требуемые по ТЗ параметры: Наклон дисплея не менее 15°; управление осуществляется при помощи жестов; наличие модуля автоматического распознавания речи; установка яркости дисплея осуществляется автоматически в зависимости от окружающего света; безвентиляторный дизайн; наличие неврологической шкалы для объективного анализа состояния сознания человека; вес не более 4 кг; НиАД не менее 2400 измерений; тревоги не менее 3000 эпизодов; проводная сеть 1 сетевой разъем RJ45; Wi-Fi наличие протокола; USB-разъем не менее 2 выходов; авто автоматическое определение отведений; QT анализ: диапазон измерений QT от не более 200 мс до не менее 700 мс; наличие анализа аритмий не менее 27 видов; оповещение при возникновении летальной аритмии; наличие тревожной индикации апноэ нижняя граница не более 10 с, верхняя граница не менее 60 с; Одноразовые электроды ЭКГ для новорожденных: Диаметр: не менее 22 мм; Одноразовые электроды ЭКГ для новорожденных: Вес: не более 1.5 грамм; Взрослые одноразовые электроды ЭКГ: Диаметр: не менее 50 мм.
"Hydramed" жауапкершілігішектеулісеріктестігі	**9363766-ТЗТ-ТЗТЕ-1 Система дыхательная назальная в CPAP для новорожденных- Соответствует**
	9363926-ТЗТ-ТЗТЕ-1 Открытая реанимационная система- Соответствует
Товарищество с ограниченной ответственностью "QazMedEQ"	**9363966-ТЗТ-ТЗТЕ-1Монитор пациента- Соответствует**
Товарищество с ограниченной ответственностью "LabTest Diagnostics"	**9352246, 9352406, 9353326, 9353566, 9353946, 9354686, 9357726, 9358546, 9359106, 9361486, 9603326 Гинекологическое кресло Соответствует**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОСТ-ФАРМ"	**9363926-ТЗТ-ТЗТЕ-1 Открытая реанимационная система** Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники. Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Наклон кровати: от не более -12° до не менее +12°», потенциальным поставщиком предлагается «В ТС: Наклон кровати: от -15° до + 15°». В регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№026133 в разделе «Краткая техническая характеристика» указано: Угол наклона: ±10°. Широкий диапазон наклона кровати позволяет оптимально позиционировать пациента, улучшает доступ для медицинского персонала, способствует профилактике осложнений и повышает эффективность реанимационных мероприятий. В ТЗ требуется «Потребляемая мощность: не более 500 Вт», потенциальным поставщиком предлагается «В ТС: Потребляемая мощность: 500 ВА». В регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№026133 в разделе «Краткая техническая характеристика» указано: Номинальная потребляемая мощность: 1100 ВТ. Более низкая потребляемая мощность обеспечивает экономичность в эксплуатации,

	снижает нагрузку на электросеть и позволяет надёжно использовать оборудование даже при ограниченных возможностях электроснабжения или работе от резервных источников питания. В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: 1) Предварительный режим нагрева; 2) Звуковая и видимая сигнализация; 3) Апгар-таймер; 4) Механизм Тренделенбург и обратный Тренделенбург; 5) Боковые бамперы корпуса; 6) Встроенный аккумулятор;
	9351886, 9351966, 9352426, 9353426, 9353806, 9354706, 9354846, 9357886, 9358566, 9366946, 9377806 Амбулаторный монитор артериального давления Техническая спецификация медицинской техники не представлена или не соответствует технической спецификации в объявлении, в том числе согласно экспертному заключению согласно пп. 2) п. 200 Правил; не соответствует характеристика или техническая спецификация условиям объявления или приглашения на закуп в нарушение пп. 2) п. 11 Правил; (не указано регистрационное удостоверение в ТС, отсутствует описание к комплектующему п.9 «Тонометр») Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники. В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: 1) USB-кабель. Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Размеры: не более 106,5 мм × 62 мм × 27 мм, ±1 мм», потенциальным поставщиком предлагается «Размер: 135 х 70 х 33 мм». Фактические размеры устройства превышают установленные, что снижает удобство ношения пациентом, ограничивает возможность скрытого размещения под одеждой и увеличивает нагрузку при длительном амбулаторном использовании. В ТЗ требуется «Вес: не более 160 г ± 10 г», потенциальным поставщиком предлагается «Вес: 180 грамм». Вес устройства превышает требуемый, что снижает комфорт при длительном ношении пациентом, особенно в амбулаторных условиях, и может ограничивать возможность круглосуточного мониторинга.
ТОО ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT	**9352246, 9352406, 9353326, 9353566, 9353946, 9354686, 9357726, 9358546, 9359106, 9361486, 9603326 Гинекологическое кресло** Техническая спецификация медицинской техники не представлена или не соответствует технической спецификации в объявлении, в том числе согласно экспертному заключению согласно пп. 2) п. 200 Правил; не соответствует характеристика или техническая спецификация условиям объявления или приглашения на закуп в нарушение пп. 2) п. 11 Правил; (не указано регистрационное удостоверение в ТС) В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: 1) Опорная ручка. Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Высота кресла регулируется в диапазоне: от не более 540 до не менее 840мм», потенциальным поставщиком предлагается «Высота кресла регулируется в диапазоне: 680-950мм». Кресло не опускается до требуемой минимальной высоты (540 мм), что затрудняет посадку маломобильных пациентов и нарушает эргономику работы. В ТЗ требуется «Угол наклона ложа в положении

	Тренделенбург/Антитренделенбург: от не более 0 до не менее 30 градусов», потенциальным поставщиком предлагается «Угол наклона ложа в положении Тренделенбург/Антитренделенбург от 0 до 15 градусов» Заявленный угол наклона не достигает требуемого значения, что ограничивает использование кресла при клинических состояниях и манипуляциях, где необходимы положения Тренделенбург и Антитренделенбург с повышенным уклоном. Отсутствуют требуемые по ТЗ параметры: На тыльной стороне спинки кресла имеется перекладина для крепления на ней рулона для бумажных полотенец.
ТОО TEZ PHARM	**9351886, 9351966, 9352426, 9353426, 9353806, 9354706, 9354846, 9357886, 9358566, 9366946, 9377806 Амбулаторный монитор артериального давления** Техническая спецификация медицинской техники не представлена или не соответствует технической спецификации в объявлении, в том числе согласно экспертному заключению согласно пп. 2) п. 200 Правил; не соответствует характеристика или техническая спецификация условиям объявления или приглашения на закуп в нарушение пп. 2) п. 11 Правил; (не указано регистрационное удостоверение в ТС, отсутствует наименование основного блока) Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники. Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Диапазон статического давления: от не более 0 до не менее 300 мм рт. ст.», потенциальным поставщиком предлагается «Диапазон измеряемого артериального давления в манжете в автоматическом режиме 30-300 мм рт.ст.». Диапазон измеряемого артериального давления уже требуемого. Указанный диапазон не охватывает область, необходимую для калибровки, контроля сброса давления и точного мониторинга пациентов с низкими значениями артериального давления. В ТЗ требуется «Память данных: не менее 300 показаний», потенциальным поставщиком предлагается «Количество измерений АД, запоминаемых в мониторе - Не менее 240». Объем памяти меньше требуемого, что ограничивает длительное хранение измерений без выгрузки данных и снижает удобство эксплуатации. Отсутствуют требуемые по ТЗ параметры: Дисплей: Экран не менее 0,96 дюйма; Степень защиты от поражения электрическим током: не хуже Тип BF, с защитой от дефибрилляции; Степень защиты от проникновения посторонних твердых тел и вредного воздействия в результате проникновения воды: не хуже IP22 (с сумкой для переноски); Защита от дефибрилляции: Напряжение дефибрилляции: не менее ±5 кВ; Диапазон измерения давления: Систолическое: от не более 25 до не менее 290 мм рт. ст. (от не более 3,3 до не менее 38,6 кПа); Диастолическое: от не более 10 до не менее 250 мм рт. ст. (от не более 1,3 до не менее 33,2 кПа); Диапазон пульса: От не более 40 до не менее 240 уд./мин с точностью не хуже ±3 уд./мин , ±3,5 % (большее из значений); Защита от избыточного давления: Воздух из манжеты будет выпущен, когда измеренное давление достигнет не менее 297±3 мм рт. ст. (не менее 39,6±0,4 кПа).
ТОО Элан-West	**9351886, 9351966, 9352426, 9353426, 9353806, 9354706, 9354846, 9357886, 9358566, 9366946, 9377806 Амбулаторный монитор артериального давления**

	Техническая спецификация медицинской техники не представлена или не соответствует технической спецификации в объявлении, в том числе согласно экспертному заключению согласно пп. 2) п. 200 Правил ТС МТ потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушение пп 3) п 165 Правил, приложения 15 к Правилам (наименование медицинской техники и комплектующего, указанного в ТС поставщика должно быть в соответствии с рег. удостоверением) Согласно требованиям, указанным в Приложении 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники. В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: 1) Сумка для переноски; 2) Трубка НИАД. Согласно экспертному заключению, не соответствует характеристика: В ТЗ требуется «Размеры: не более 106,5 мм × 62 мм × 27 мм, ±1 мм», потенциальным поставщиком предлагается «Размеры, ДхШхВ, - 97х62х27 мм». В регистрационном удостоверении № РК-МТ-7№014292 в разделе «Краткая техническая характеристика» указано: "Кардиотехника-07-АД-1" - 140х90х40мм. Больший размер снижает удобство ношения пациентом, ограничивает возможность скрытого размещения под одеждой и увеличивает нагрузку при длительном амбулаторном использовании. В ТЗ требуется «Вес: не более 160 г ± 10 г», потенциальным поставщиком предлагается «В ТС: Вес: без аккумуляторов и манжеты - 147 г, с аккумуляторами - 184 г». В регистрационном удостоверении № РК-МТ-7№014292 в разделе «Краткая техническая характеристика» указано: "Кардиотехника-07-АД-1" - 0,25 кг. Больший вес снижает комфорт при длительном ношении пациентом, особенно в амбулаторных условиях, и может ограничивать возможность круглосуточного мониторинга.

Руководитель Управления здравоохранения Атырауской области по организации медицинской помощи **А.Ж. Жамбылова**

И.о. директора КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» **М.С.Айдарханова**

Директор КГП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» **А.Т. Сабыргалиева**

Акушер гинеколог КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» **А.Т. Кенжеғалиев**

Врач УЗИ КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» **Л.Е.Тайшыбай**

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Управления здравоохранения Атырауской области **Ж.Е.Кадыров**