Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот №10066926-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «NS Med» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian +nCPAPevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025956. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯ.

2. ТОО «ЖЕҢІМПАЗ-МЕД» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian +nCPAPevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025956. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯ.

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

ТОО «NS Med» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian +nCPAPevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025956. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

ТОО «ЖЕҢІМПАЗ-МЕД» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian +nCPAPevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025956. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт

_____ **(подпись, Ф. И. О.)**

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот №10066766-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «NS Med» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabianTherapyevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025958. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯ.

2. ТОО «ЖЕҢІМПАЗ-МЕД» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabianTherapyevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025958. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯ.

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

ТОО «NS Med» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabianTherapyevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025958. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

ТОО «ЖЕҢІМПАЗ-МЕД» предложило к закупу: Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabianTherapyevolution. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№025958. Производитель, страна ACUTRONIC MedicalSystems AG, ШВЕЙЦАРИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт

_____ **(подпись, Ф. И. О.)**

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот №10066986-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «МЕДИЛЮКС» предложило к закупу: Инкубатор гибридного типа для реанимации и интенсивной терапии новорожденных DualIncu i модель 100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№017669. Производитель, страна «AtomMedicalCorporation», ЯПОНИЯ.
2. ТОО «ЦентрМедТорг» предложило к закупу: Инкубатор гибридного типа для реанимации и интенсивной терапии новорожденных DualIncu i модель 100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№017669. Производитель, страна «AtomMedicalCorporation», ЯПОНИЯ

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

ТОО «МЕДИЛЮКС» предложило к закупу: Инкубатор гибридного типа для реанимации и интенсивной терапии новорожденных DualIncu i модель 100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№017669. Производитель, страна «AtomMedicalCorporation», ЯПОНИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

ТОО «ЦентрМедТорг» предложило к закупу: Инкубатор гибридного типа для реанимации и интенсивной терапии новорожденных DualIncu i модель 100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№017669. Производитель, страна «AtomMedicalCorporation», ЯПОНИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт

_____ **(подпись, Ф. И. О.)**

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 10067126-ТЗТ-ТЗТЕ-1

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ИП «САНАТОВ ДАУКЕН»**	**ТОО «Медилюкс»**	**ТОО «ЦентрМед Торг»**	**ТОО «Ментис-2»**
Предлагаемая модель МТ:	Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных InfaWarmer i 103. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№013001.	Открытая реанимационная система/ обогреватель для новорожденных Sunflower. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№020110	Открытая реанимационная система/ обогреватель для новорожденных Sunflower. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№020110	Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных InfaWarmer i 103. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№013001.
Производитель МТ:	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Обогреватель. Открытая реанимационная система с источником лучистого тепла для новорожденных. Обогреватель открытой реанимационной системы: источник лучистого тепла с возможностью поворота вправо и влево. Угол вращения купола обогревателя должен составлять не менее чем до 170 градусов: не менее чем по 85 градусов в левую или правую стороны от центрального положения. Отображение параметров: удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах. Режимы контроля температуры: не менее двух: Автоматический и Ручной (с подрежимом Предварительного прогрева). Диапазон отображения температуры кожи: не менее чем 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее чем 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом 0.1 градус С). Диапазон установки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

выходной мощности обогревателя: 0 – 100% (с шагом не менее чем 5%). Индикация выходной мощности обогревателя отображается по 10 уровням. Мощность обогревателя: не более 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более срабатывает тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента. Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: не менее чем 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания. Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: 600 Люкс. Обогреватель имеет две ручки для удобства выполнения манипуляций. Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа.				
Мобильная тумба фиксированной высоты. Мобильная тумба фиксированной высоты. Застеклённый шкафчик для хранения принадлежностей и расходных материалов под ложем пациента. Шкафчик изготовлен из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать аппарат внутри				

помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Мобильное основание на 4-х сдвоенных колесах, оснащенных блокирующими стопорами. Доступ к содержимому возможен с двух сторон тумбы.				
Дополнительные комплектующие				
Шнур электропитания. Наличие кабеля электропитания для подключения аппарата к сети 220В. Стандартная вилка.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пылезащитный чехол. Наличие чехла для защиты ложа от пыли после обработки или в период, когда аппарат не используется. Многократного применения, обрабатываемый.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ложе пациента системы. Доступ к новорожденному возможен с 4 сторон системы. Гидравлическая регулировка угла наклона ложа не менее чем от +13 до -13 градусов.Порт для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного. Установка поддона для рентген кассеты возможна с трех сторон платформы. Максимально допустимая нагрузка на ложе не менее чем до 10 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Откидные боковые ограждения. Прозрачные откидные стенки, обеспечивающие удобный доступ к ребенку. Съемные. Передняя и боковые стенки полностью открываются бесшумно и без лишних прикосновений благодаря наличию ротационных амортизаторов. Наличие на задней стенке платформы портов для подведения шлангов и кабелей не менее чем 3 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Боковые рельсы. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее чем до 20 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрац. Наличие удобного и мягкого матраца для пациента.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ручки для транспортировки. Ручки с креплениями на боковые рельсы и служащие для простоты управления аппаратом во время транспортировки.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Полка для монитора. Наличие полки для размещения на ней монитора или прочих инструментов и	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

оборудования. Полка выдерживает нагрузку не менее чем до 14 кг. Габариты не менее 405х305х15 мм. Длина держателя полки 300 мм. Крепление полки на боковой рельсе.				
Модульфототерапии. В комплекте реанимационной системы предусмотрен блок фототерапии. Аппарат фототерапии на светодиодах с регулируемым держателем, предназначенный для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Аппарат фототерапии имеет возможность крепления на направляющей рельсе инкубатора. Регулируемый держатель аппарата обеспечивает свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды (не менее16 светодиодов для фототерапии и не менее6 светодиодов для освещения) обеспечивают высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: 20 х 30 см. Максимально возможный уровень облучения: 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии не менее40 см. Переключение аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света регулируется в пределах не менее500-2000 люкс. Аппарат имеет встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом 1 час). Ресурс аппарата рассчитан на не менеечем 60.000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10.000 часов (должно сохраняться 100% стабильности светового потока). Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 30	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 60 dBA. Требования к энергопотреблению: 30 ВА. Требования к электропитанию: 220В, 50/60Гц.				
Инфузионная стойка. Наличие инфузионной стойкой, способной выдержать вес инфузионных насосов (нагрузки до 10 кг). Длина стойки –не менее 1050 мм. Крепление к боковой рельсе.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель для упаковок с салфетками или прочих боксов. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 260х122х142 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель для емкости с дезинфицирующим раствором. Габариты: не менее 81х81х70 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель катетеров для отсоса. Габариты: не менее 71х71х347 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Осветительная лампа. В комплекте аппарата предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре. Бесконтактная активация. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность: регулируемое не менее чем от 500 до 2000 Lux. Срок службы: не менее 10000 часов. Лампа должна крепиться на боковую рельсу и иметь возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр не менее 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Корзина для аксессуаров. Наличие корзины для аксессуаров. Корзина выдерживает нагрузку до 3-х кг и имеет габариты не менее 325х195х90 мм, вращаться на держателе, длиной не менее 247 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Увлажнитель воздушно-кислородной смеси с ёмкостью и фиксатором. Подача кислорода в порт инкубатора осуществляется при помощи увлажнителя-флоуметра. Диапазон регулировки подачи кислорода: 0-15 Л/минуту. Наличие фиксатора на планку-рельсу. Многоразовая ёмкость увлажнителя со шкалой уровня воды. Вращающийся порт пациента на ёмкости увлажнителя.Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему соединения с емкостью, оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного давления. Входное давление: 0,39-0,44 Мпа (4,0-4,5 kgf/cm2). Ёмкость увлажнителя: 250 мл. Вес: 185 гр. без ёмкости увлажнителя; в сборе –755 гр. Длина кислородного	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

шланга 1,9 м. Предельное давление предохранительного клапана: 0,04 Мпа (0,4 kgf/cm2). Высота 30 см, ширина 7,5 см.Длина шланга подачи смеси пациенту 1,2 м.				
Планка для крепления флоуметра на инфузионную стойку. Длина не менее 7 см. Материал – алюминий, резина, пластик. Имеет прижимной тип с винтовым фиксатором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:				
Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером не более 5 мм. Для мониторирования температуры тела пациента.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фиксатор датчика температуры с гидрогелем. Поверхность фиксатора отражает тепло нагревательного элемента, за счет этого показывается реальная температура кожи пациента без наложения температуры от обогревателя. Верх: теплоотражающие самоклеющиеся полиэтиленовые пластины, окрашенные в серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель для наилучшей фиксации к телу.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации: Согласно требованиям завода изготовителя.				
Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт

(подпись, Ф. **И. О.)**

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 7180426-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10066806-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10067106-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10068666-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10074646-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10074786-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10081866-ТЗТ-ТЗТЕ-1, 10067186-ТЗТ-ТЗТЕ-1

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ИП «Смагулов Орынбасар»**	**ИП «Хамитов Ербол»**	**ТОО «ЦентрМедТорг»**	**ИП «Санатов Даукен»**	**ИП «Бермагамбетов Миржан»**	**ТОО «МЕДИЛЮКС»**	**ТОО «Ментис-2»**
Предлагаемая модель МТ:	Неонатальный реанимационный аппарат (Т-система) для вентиляции легких «UMC-KZ», модель: NEO-II в комплекте с принадлежностями и расходными материалами. Регистрационное удостоверение РК МИ (МТ)-0№028444	Неонатальный реанимационный аппарат (Т-система) для вентиляции легких «UMC-KZ», модель: NEO-II в комплекте с принадлежностями и расходными материалами. Регистрационное удостоверение РК МИ (МТ)-0№028444	Реанимационный аппарат для вентиляции легких новорожденных ResusciFlow. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019732	Реанимационный аппарат для вентиляции легких новорожденных ResusciFlow. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019732	Реанимационный аппарат для вентиляции легких новорожденных ResusciFlow. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019732	Реанимационный аппарат для вентиляции легких новорожденных ResusciFlow. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019732	Реанимационный аппарат для вентиляции легких новорожденных ResusciFlow. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019732
Производитель МТ:	ТОО U.M.C Kazakhstan, Казахстан	ТОО U.M.C Kazakhstan, Казахстан	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония	AtomMedicalCorporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Значение параметра							
Основной блок аппарата (со встроенным	Соответствует. Т-система с расширенными	Соответствует. Т-система с расширенными	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

смесителем и расходомером)	режимами (IPAP/EPAP) до 70–75 мбар (≈70–75 см H_2O) **Диапазон PEEP/EPAP** до 25 мбар **Манометр** −10…80 см H_2O	режимами (IPAP/EPAP) до 70–75 мбар (≈70–75 см H_2O) **Диапазон PEEP/EPAP** до 25 мбар **Манометр** −10…80 см H_2O					
Шланг кислородный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланг воздушный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Таймер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка мобильная	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компрессор медицинский	Соответствует. *компрессор с большими возможностями* *3 типа шлангов* *канюли 10 шт* *банка влагосборника* *камеры увлажнения — 50 шт* *2 типа дыхательных контуров (T и Z)* *3-ступенчатая фильтрация 0.1 мкм*	Соответствует. *компрессор с большими возможностями* *3 типа шлангов* *канюли 10 шт* *банка влагосборника* *камеры увлажнения — 50 шт* *2 типа дыхательных контуров (T и Z)* *3-ступенчатая фильтрация 0.1 мкм*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Увлажнитель							
Принадлежности увлажнителя: двойной датчик температуры	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принадлежности увлажнителя: адаптер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

контура							
Стойка 7 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Одноразовый неонатальный контур в сборе	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Контур пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Маска дыхательная для новорожденных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Маска дыхательная для недоношенных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тестовое легкое	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Камера увлажнителя одноразовая	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 220В, 50/60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1. Реанимационный аппарат для вентиляции легких новорожденных Resusci Flow, Atom Medical Corporation, Япония предложенный **ТОО «ЦентрМедТорг», ИП «Санатов Даукен», ИП «Бермагамбетов Миржан», ТОО «МЕДИЛЮКС», ТОО «Ментис-2»** полностью соответствует требованиям тендерной документации.

2. Неонатальный реанимационный аппарат (Т-система) для вентиляции легких «UMC-KZ», модель: NEO-II в комплекте с принадлежностями и расходными материалами, ТОО U.M.C Kazakhstan, Казахстан предложенный **ИП «Смагулов Орынбасар» и ИП «Хамитов Ербол»** соответствует требуемой технической спецификации при этом предлагает более лучшее характеристики по некоторым параметрам, а именно превосходит по ключевым техническим характеристикам: диапазонам PIP/PEEP, наличию IPAP/EPAP, качеству фильтрации воздуха, комплектации, функциональности увлажнения, количеству расходников. Помимо комплекта указанного в технической спецификации заказчика, техническая спецификация поставщика включает более расширенную комплектность: больше расходных материалов; 2 типа дыхательных контуров (важно для реанимации); полный набор канюль; банки-влагосборники с трубками; маски 1/2/3 (силикон);тележку под компрессор; больше элементов в системе увлажнения.

Эксперт _____ **(подпись, Ф. И. О.)**

Определение улучшенных тех характеристики

Предлагаемого реанимационного неонатального аппарата UMC-KZ NEO-II
техническим требованиям Заказчика

---

1. Вводная часть

В соответствии с требованиями технической спецификации Заказчика, предметом закупки является *неонатальный реанимационный аппарат (Т-система)*, предназначенный для проведения респираторной поддержки новорождённых, включая пациентов с асфиксией и дыхательной недостаточностью.
Предлагаемый потенциальным поставщиком аппарат **UMC-KZ NEO-II** является профессиональной неонатальной Т-системой, разработанной для применения в отделениях родовспоможения, реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Аппарат по своему функциональному назначению, принципу работы, конструктивной компоновке и диапазону параметров вентиляции **полностью соответствует требованиям ТС**, а по ряду функциональных узлов *охватывает расширенные параметры*, указанные в технической спецификации Заказчика.

---

2. Методика анализа эквивалентности

Сравнение проведено по следующим критериям:

1. **Функциональное назначение оборудования**
2. **Комплектность и состав модулей**
3. **Технические параметры по отдельным модулям**
4. **Безопасность, управление и индикация**
5. **Совместимость с расходными материалами и оснащением**
6. **Габариты, масса и условия эксплуатации**

Для анализа использованы:

- Техническая спецификация Заказчика;
- Руководство пользователя Resusci Flow (аппарат, на котором основана техническая спецификация);
- Руководство по эксплуатации UMC-KZ NEO-II (предлагаемая модель).

3. Сводное сопоставление технических параметров

3.1. Функциональное назначение

Оба аппарата — Resusci Flow и UMC-KZ NEO-II — предназначены для респираторной поддержки новорождённых, включая проведение ИВЛ методом Т-системы.
Аппарат UMC-KZ NEO-II полностью выполняет функции, указанные в технической спецификации.

➡ **Заключение:** соответствие полное.

3.2. Компоновка модулей и конструкция

Техническая спецификация заказчика выделяет три модуля:

1. **Модуль отсоса (эжекторный)**
2. **Модуль диффузной подачи дыхательной смеси**
3. **Модуль механической вентиляции лёгких (Т-система)**

UMC-KZ NEO-II включает аналогичную структуру:

- встроенный эжекторный отсос
- блок подачи дыхательной смеси со смесителем и расходомером
- модуль ручной вентиляции (Т-система)

➡ **Заключение:** соответствие полное.

□ *Важно:* Resusci Flow **не имеет встроенного эжекторного отсоса**, тогда как UMC-KZ NEO-II имеет — что позволяет обеспечить полное соответствие ТЗ без расхождений.

3.3. Технические характеристики модулей

Модуль отсоса

ТЗ требует:

- давление отсоса 0–26,7 кПа
- поток 20 л/мин
- ёмкость 500 мл
- манометр отсоса

UMC-KZ NEO-II обеспечивает:

- вакуум до 150 мм рт. ст. (≈20 кПа) — в пределах требований
- поток 20 л/мин
- бутылочка 500 мл с клапаном
- индикацию давления

➡ **Заключение:** соответствует требованиям полностью.

□ В Resusci Flow — отсос отсутствует.

Модуль подачи дыхательной смеси
ТЗ:

- поток 0–15 л/мин
- O_2 21–100%
- точность ±3%
- давление 300–500 kPa
- тревога перепада давления ≥138 kPa

UMC-KZ NEO-II — все параметры находятся в требуемых диапазонах.

➡ **Соответствие полное.**

Модуль механической вентиляции (Т-система)
ТЗ включает параметры PIP, PEEP, предельные давления, аналогичные Resusci Flow.
UMC-KZ NEO-II имеет:

- PIP до 60 cmH_2O (≈5,8 кПа)
- PEEP до 20 cmH_2O (≈2 кПа)
- индикацию давления
- ручную регулировку всех параметров

➡ **Соответствие полное.**

3.4. Габариты и вес

ТЗ: ≤7 кг и ≤200×180×370 мм
UMC-KZ NEO-II: в пределах указанных значений.

➡ **Соответствие полное.**

4. Ключевые выводы о соответствии
На основании анализа установлено:

✓ 1. UMC-KZ NEO-II полностью соответствует функциональному назначению оборудования.

✓ 2. Все технические параметры аппарата находятся в пределах, указанных в ТЗ Заказчика.

✓ 3. По составу модулей аппарат обеспечивает требуемую структуру (отсос, подача смеси, Т-система).

✓ 4. По ряду пунктов оснащение UMC-KZ NEO-II расширено относительно Resusci Flow (например, наличие встроенного отсоса).

✓ 5. Аппарат совместим со всеми расходными материалами, указанными в ТЗ.

✓ 6. Нет ни одного параметра, который выходил бы за пределы требований Заказчика.

5. Итоговое заключение

Предлагаемый Поставщиком аппарат UMC-KZ NEO-II является эквивалентным техническим требованиям Заказчика согласно всем основным и дополнительным критериям, а также обеспечивает полный функционал, предусмотренный ТЗ.

Аппарат соответствует:

- по функциональным характеристикам
- по конструктивному исполнению
- по диапазонам регулировки
- по безопасности и индикации
- по комплектности
- **по возможностям подключения дополнительного оборудования**

В связи с изложенным, аппарат UMC-KZ NEO-II может быть принят в качестве полного эквивалента требованиям технической спецификации Заказчика.

Эксперт _____ **(подпись, Ф. И. О.)**

Экспертное заключение

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 10067246-Т3Т-Т3ТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «KAZMEDEQ.KZ» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ.

2. ТОО «PharmaTrade» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ.

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

ТОО «KAZMEDEQ.KZ» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯсоответствует требованиям тендерной документации.

ТОО «PharmaTrade» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯсоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт _____ **(подпись, Ф. И. О.)**

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 10067286-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ИП «АБДРАШИТОВА ТОЛГАНАЙ» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC 303, ARCPLUS. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия

2. ТОО «КазМедЭндоскоп» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями, 1 Штука. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия
3. ТОО «Ментис-2» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия
4. ИП «Сантатов Даукен» предложило к закупу: Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

1. ИП «АБДРАШИТОВА ТОЛГАНАЙ» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC 303, ARCPLUS. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.
2. ТОО «КазМедЭндоскоп» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями, 1 Штука. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.
3. ТОО «Ментис-2» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.
4. ИП «Сантатов Даукен» предложило к закупу: Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт

_____ **(подпись, Ф. И. О.)**

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 9141886-ТЗТ-ТЗТЕ-1

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ИП «САНАТОВ ДАУКЕН»**	**ТОО «TND»**	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Ментис-2»**
Предлагаемая модель МТ:	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, варианты исполнения: HyBase 6100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№021714.	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, вариант исполнения HyBase 3000, комплект. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№021714.	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, варианты исполнения: HyBase 6100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№021714.	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, варианты исполнения: HyBase 6100. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№021714.
Производитель МТ:	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., Китай	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., Китай	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., Китай	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок операционного стола. Стол операционный универсальный электро/механогидравлический предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) – наличие. Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов (при наличии опции): заряд	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение не менее недели, не менее 49-79 операций – наличие. Аккумуляторы не должны иметь эффекта "памяти" и могут подзаряжаться в любое время непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля – наличие. Питание 220-240 В, 50Гц. Основание колонны должно быть закрыто корпусом из хромоникелевой стали – опционально. Фиксация стола должна осуществляться при помощи педали, расположенной на основании стола – наличие. Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры – наличие. Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы – наличие. Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей – наличие. Количество секций, не менее 5 секций. Привод – электрогидравлический. Резервная панель управления, расположенная на основании операционного стола в его головной части – наличие. Возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления. Возможность одновременного использования 2-х кабельных пультов управления (ножного и ручного). Регулировка с				

помощью ручного пульта или с дублирующей панели на основании операционного стола в его головной части – наличие. Функциональные клавиши ножного пульта управления (при наличии ножного пульта в комплекте поставки): Регулировка стола по высоте; Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург – наличие; Латеральные наклоны секций – наличие. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки – наличие. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки – наличие. Пульт управления стола должен иметь следующие функциональные кнопки и индикаторы: 1) Индикатор питания от сети. 2) Выключение. 3) Смещение в продольном направлении в сторону ножной секции. 4) Опускание деки стола. 5) Положение тренделенбурга (головой вниз). 6) Наклон влево. 7) Опускание спинной секции. 8) Согнутое положение. 9) Индикатор питания от аккумулятора. 10) Индикатор питания. 11) Включение. 12) Смещение в продольном направлениив сторону головной секции. 13) Подъем деки стола. 14) Положение антитренделенбурга (ногами вниз). 15) Наклон вправо. 16) Подъем спинной секции. 17) Разогнутое положение. 18)				

Нулевое положение (0-позиция) – наличие. Матрац на столе съемный, на весь стол, соответствует секциям, ультразвуковая бесшовная сварка – наличие. Материал матраца - специальный двухслойный матрац: один слой из вязко-эластичного синтетического материала с эффектом памяти, второй слой - упругое основание из этилен-пропилен-диенмономера – наличие. Толщина матраца, не менее 74 мм. Специальные воздушные клапаны – наличие. Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях – наличие. Устанавливаемые дополнительные принадлежности должны обеспечивать перемещение рабочей поверхности по углу поворота, углу вращения, углу наклона и регулировку по высоте для обеспечения оптимального позиционирования пациента – наличие. Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной – наличие. Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов - стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей – наличие. **Продольный сдвиг столешницы – наличие.** Продольный сдвиг столешницы не менее 300 мм.**Почечный валик – наличие.**Высота				

подъёма почечного валика не менее 120мм.**Габаритные размеры:** Грузоподъемность, не менее 185 кг. Длина стола (включая головную и ножную секции), не менее 2060 мм. Ширина стола, не менее 590 мм. Ширина стола без боковых рельсов, не более 520 мм. Диаметр встроенных колес, не более 80 мм. Вес стола, не менее 285 кг. **Технические характеристики электрогидравлических регулировок:** Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца), не более 720 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца), не менее 1070 мм. Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург, не менее +30/-30°. Боковые наклоны столешницы, не менее +25/-25°. Наклон спинной секции вверх/вниз, не менее +80/-40°. Положение сгибания, не менее 220°. Положение сгибания - угол наклона ножных секций, не менее 20°. Положение сгибания - угол наклона спинной и головной секций, не менее 20°. Положение разгибания, не менее 110°. Положение разгибание - угол подъема ножных секций, не менее 25°. Положение сгибания - угол подъема спинной и головной секций, не менее 45°. Потребляемая мощность, не более 400 Вт. **Технические характеристики механических регулировок:** Наклон головной секции				

вверх/вниз, не менее+45/-90°. Раздельная ножная секция вверх/ вниз/в стороны, не менее +20/-90°. Раздельная ножная секция в стороны, не менее 180°.				
Дополнительные комплектующие				
Легкая анестезиологическая рама с зажимом. Анестезиологический экран с зажимом, Г образной формы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тяжелая опора для руки. Опора для руки с функцией поворота в горизонтальной плоскости, с матрацем и двумя фиксирующими ремнями, в комплекте с встроенным зажимом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Проводной пульт управления. Пульт управления операционным столом, не менее 18 функциональных кнопок и индикаторов. С функцией продольного сдвига.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Свинцово-кислотный аккумулятор, пара. Напряжение: 24 В пост. тока (12 В×2).Емкость аккумулятора: 15 А/ч.Время полного заряда аккумулятора не более9 ч	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тяжелая опора для тела с зажимом, крестец. Опора с моноблочным универсальным зажимом и подушкой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тяжелая опора для тела с зажимом, лобковая. Опора с моноблочным универсальным зажимом и подушкой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тяжелая опора для плеч с зажимом, слева. Простая опора для плеча (для левого плеча, с универсальными зажимами и подушками)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тяжелая опора для плеч с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

зажимом, справа. Простая опора для плеча (для правого плеча, с универсальными зажимами и подушками)				
Ремень для фиксации тела. Ремень для фиксации тела пациента, моноблочный, в комплекте с зажимом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фиксатор рентгеновской кассеты (подходит для нескольких размеров кассет)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Опора для ноги с зажимом, левая. Моноблочная опора для ноги большого веса, с зажимом, подушкой и фиксирующим ремнем	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Опора для ноги с зажимом, правая. Моноблочная опора для ноги большого веса, с зажимом, подушкой и фиксирующим ремнем	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Емкость для слива. Таз для гинекологии и урологии. Для слива отходов. Размеры (Д×Ш×В) (мм) не менее: 430×355×280 мм. Вес (кг) не более: 2,8 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрац для позиционирования пациента, для проктологических вмешательств. Для поддержки тазобедренного сустава и коленей пациента во время ректальной хирургии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Инфузионный держатель с зажимом. Стойка для вливания с моноблочным радиальным универсальным зажимом для большого веса. Применение: для подвешивания пакета с вливаемым препаратом во время процедуры размеры не менее (д×ш×в) (мм): 870×280×90 мм.Вес (кг): не более 1,8 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Требования к условиям эксплуатации: Согласно требованиям завода изготовителя.				
Электроснабжение 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 4,0–1,6 А. Условияэксплуатации: Температура (°C)5–40, Влажность (безконденсации)15–95%, Атмосферноедавление (кПа)70–106.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт

_____ (подпись, Ф. **И. О.**)

Экспертное заключение

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 10069306-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «KAZMEDEQ.KZ» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ.

2. ТОО «PharmaTrade» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ.

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

ТОО «KAZMEDEQ.KZ» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯсоответствует требованиям тендерной документации.

ТОО «PharmaTrade» предложило к закупу: Низкотемпературный плазменный стерилизатор НМА 55. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018244. Производитель, страна HumanMeditekCo., LTD, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯсоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт Сулиндиков Болат Сагиндыкович **(подпись, Ф. И. О.)**

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 10071006-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

5. ИП «АБДРАШИТОВА ТОЛГАНАЙ» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC 303, ARCPLUS. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия

6. ТОО «КазМедЭндоскоп» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями, 1 Штука. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия
7. ТОО «Ментис-2» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия
8. ИП «Сантатов Даукен» предложило к закупу: Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германия

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

5. ИП «АБДРАШИТОВА ТОЛГАНАЙ» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC 303, ARCPLUS. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.
6. ТОО «КазМедЭндоскоп» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями, 1 Штука. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.
7. ТОО «Ментис-2» предложило к закупу: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.
8. ИП «Сантатов Даукен» предложило к закупу: Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-7№014614. Производитель, страна BOWA electronicGmbH& Co.KG, Германиясоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт
Сунгфиков Толган Сагиндыкович (подпись, Ф. И. О.)

Экспертное заключение

Экспертное заключение

№ закупа 869702-1
Способ закупа: Тендер
Лот № 10068866-ТЗТ-ТЗТЕ-1

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ИП «ШКИТИН ДЕНИС» предложило к закупу: Светильники операционные хирургические серии Q-Flow в вариантах исполнения: Q-FlowDuo, картонная коробка. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№026581. Производитель, страна MerivaaraCorporation, ФИНЛЯНДИЯ

2. ТОО «TINSOV» предложило к закупу: Светильники операционные хирургические серии Q-Flow в вариантах исполнения: Q-FlowDuo, коробка. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№026581. Производитель, страна MerivaaraCorporation, ФИНЛЯНДИЯ

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следуюший вывод:

ИП «ШКИТИН ДЕНИС» предложило к закупу: Светильники операционные хирургические серии Q-Flow в вариантах исполнения: Q-FlowDuo, картонная коробка. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№026581. Производитель, страна MerivaaraCorporation, ФИНЛЯНДИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

ТОО «TINSOV» предложило к закупу: Светильники операционные хирургические серии Q-Flow в вариантах исполнения: Q-FlowDuo, коробка. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК МИ (МТ)-0№026581. Производитель, страна MerivaaraCorporation, ФИНЛЯНДИЯсоответствует требованиям тендерной документации.

Эксперт
Сулиндеков Бакыт Сагиндыкович **(подпись, Ф. И. О.)**