Протокол №9 9.12.2025

Наименование потенциального поставщика	**Основания отклонения**
Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕДФАРМИМПОРТ"	Лот № 9806186-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Лот № 9797066-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Соответсвует.
"МОЙ ДОКТОР - 2022" жауапкершілігішектеулісеріктестігі	**Лот № 9806186-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Лот № 9797066-ТЗТ-ТЗТЕ-2** Лот № 9805246-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Не соответствует 1)пистолет: конструкция должна предусмотреть доступ к емкости перед специальный люк, что исключает необходимости откручивания бутылки(несоответсвие). 2)светильник:указано входное напряжение:24 В,а у заказчика указано 24В-0,25А. 3)плевательница:отсутствует съемный кран для плевательницы и стакана.
Товарищество с ограниченной ответственностью "АРУМЕДИКАЛ"	**Лот № 9806186-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Лот № 9797066-ТЗТ-ТЗТЕ-2** Лот № 9805246-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Не соответствует 1)Максимальная грузоподьемность до 170 кг, заказчик указывает не менее 200 кг. 2)отсутствует съемный кран плевательницы. 3)светильник стоматологический с входным напряжением. 24 В, а заказчик указывает двухосевой светодиодный операционный с лампы накалывания ,20 светодиодом 24В-0,25 А.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астра Медикал"	**Лот № 9806186-ТЗТ-ТЗТЕ-2 Лот № 9797066-ТЗТ-ТЗТЕ-2** Не соответствует 1)плевательница: не полный,заказчик просит темного цвета. 2)панель управления:охлаждения и продувка наконечников отсутствует. 3)кресло врача:минимальная высота от земли не

	более 390мм-несоответствует к требованию заказчика. 4)лоток для инструментов:допустимая нагрузка на лоток составляет не менее 3 кг,не указано до сколько кг, т.к. заказчик указывает не менее 5 кг. 5)требования и условиями эксплуатации параметры : t, влажность несоответствует.

Заместитель Управления здравоохранения Атырауской области **А.Г.Джангалиева**

Директор КГП на ПХП «Атырауский областной перинатальный центр» **М.С.Айдарханова**

КГП на ПХВ «Атырауская областная детская стоматологическая поликлиника» **Н.С.Намазгалиева**