АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060010, Атырау каласы, Әйтеке би көшесі, 77
Тел: 8 (7122) 27-09-14
E-mail:obl.zdrav@atyrau.gov.kz

060010, город Атырау, улица Айтеке би, 77
Тел: 8 (7122) 27-09-14
E-mail:obl.zdrav@atyrau.gov.kz

_____ № 06-01-07-02-6/8089 от 24.12.25

ТОО «МОЙ ДОКТОР-2022»

Управление здравоохранения Атырауской (далее - Управление) области является **организатором**, который проводит закупки способами, предусмотренными Правилами, и направляет итоги закупок заказчику для заключения договора закупки.

Техническая спецификация (далее ТС) формируется заказчиком самостоятельно и прилагается к запросу о проведении тендера. В данном случае ТС предоставлена самим заказчиком.

Экспертная комиссия при Управлении повторно рассмотрев предоставленной Вами ТС выявила некоторые не соответствия к требованиям ТС заказчика, о чем изложено в заключении экспертной комиссии.

Заключение экспертной комиссии прилагается.

Руководитель управления **К.Абдалиев**

Орындаған: Г.Сабекенова
Тел: 27-09-28
Эл почта: G.Sabekenova@atyrau.gov.kz

Протокол N10 22.12.2025

Наименование потенциального поставщика	Основания отклонения
«МОЙ ДОКТОР – 2022» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Объявление №896482-1 Лот № 9805246-ТЗТ-ТЗТУ-2 В предложении поставщика выявлены следующие несоответствия технической спецификации: 1. Объём ресивера указан 35 л, тогда как в технической спецификации заказчика установлено требование 70 л, что не соответствует заявленным требованиям. 2. Производительность компрессора указана 100 л/мин на выходе, при требовании заказчика 130 л/мин, что также не соответствует технической спецификации. Следует отметить, что производительность является основным параметром при выборе компрессора, в связи с чем представленное предложение не соответствует требованиям заказчика.
«МОЙ ДОКТОР – 2022» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Объявление №896482-1 Лот № 9806186-ТЗТ-ТЗТЕ-2 В предложении поставщика выявлены следующие несоответствия технической спецификации: 1. Максимальная нагрузка стоматологического кресла указана 194 кг, тогда как в технической спецификации заказчика установлено требование не менее 200 кг. 2. В части вращающейся плевательницы технической спецификацией заказчика предусмотрен съёмный кран для плевательницы и стаканчика. В предложении поставщика указаны кран для промывки плевательницы и кран для наполнения стакана, при этом информация о съёмности кранов отсутствует, что не подтверждает соответствие требованиям.
«МОЙ ДОКТОР – 2022» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Объявление №896482-1 Лот № 9797066-ТЗТ-ТЗТЕ-2 В предложении поставщика выявлены следующие несоответствия технической спецификации: 1. Максимальная нагрузка стоматологического кресла указана 194 кг, тогда как в технической спецификации заказчика установлено требование не менее 200 кг.

Заместитель Управления здравоохранения Атырауской области **А.Г.Джангалиева**

Директор КГП на ПХВ «Атырауской областной перинатальный центр» **М.С.Айдарханова**

Директор КГП на ПХВ «Атырауской областная детская стоматологическая поликлиника» **Н.С.Намазгалиева**