# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о несоответствии заявки технической спецификации

№ 1

г.Семей

«23» **января 2026** г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» управления здравоохранения области Абай

Способ закупки: Тендер

Участник закупки: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАБМЕДСЕРВИС"

Номер заявки (лота): 10818743-ТЗМ-1

Наименование предмета закупки: антиВИЧ I(0), II/p24-ИФА (ООО «Хема», РФ)

Проверка соответствия заявки участника **технической спецификации**, установленной в документации закупки.

В ходе экспертизы заявки установлены следующие несоответствия требованиям технической спецификации:

| № | Требование техспецификации | Предложено участником | Выявленное несоответствие |
|---|---|---|---|
| 1 | Одностадийный формат теста ,одновременная инкубация без стадии промывки | Многостадийная схема с промывками | Методика не является одностадийной |
| 2 | ≤4 промывок | ≥12 промывок | Превышение допустимого количества |
| 3 | ТМБ при комнатной температуре | ТМБ при +37°С | Несоответствие температурного режима |
| 4 | Стоп-реагент ≥150 мкл | 100 мкл | Несоответствие объема |
| 5 | Коэфициент для расчета ОП критического = 0,25 | Расчет по формуле | Несоответствие методики |

**Вывод эксперта**

На основании проведенной экспертизы **установлено**, что заявка участника **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической спецификации, установленной в документации закупки.

**Рекомендация**

Рекомендовать комиссии / заказчику:

☐ **отклонить заявку** участника закупки

☐ не допускать к дальнейшему участию в процедуре закупки

**Подпись**

Эксперт:

Надирбаева Д.М. / _____

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата: «23» января **2026** г.

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о несоответствии заявки технической спецификации

№ 2

г.Семей

«23» **января 2026** г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» управления здравоохранения области Абай

Способ закупки: Тендер

Участник закупки: Товарищество с ограниченной ответственностью "VIVATEST (ВИВАТЕСТ)"Номер заявки (лота): 10818743-ТЗМ-1

Наименование предмета закупки: HIV Ag-Ab ELISA (InTec PRODUCTS, INC.)

Проверка соответствия заявки участника **технической спецификации**, установленной в документации закупки.

В ходе экспертизы заявки установлены следующие несоответствия требованиям технической спецификации:

| № | Требование техспецификации | Предложено участником | Выявленное несоответствие |
|---|---|---|---|
| 1 | Одностадийный формат теста без промывки | Многостадийная методика | Несоответствие формату |
| 2 | ≤4 промывок | 10 промывок | Превышение допустимого количества |
| 3 | ТМБ при комнатной температуре | Инкубация при +37°C в течение 30 мин | Несоответствие температурного режима |
| 4 | Стоп-реагент ≥150 мкл | 50 мкл | Критическое несоответствие |
| 5 | Коэфициент для расчета ОП критического = 0,25 | 0,1 + NCx | Несоответствие расчету |
| 6 | Длительность анализа ≤85 минут | Общая длительность превышает 120 минут | Несоответствие временным требованиям |

**Вывод эксперта**

На основании проведенной экспертизы **установлено**, что заявка участника **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической спецификации, установленной в документации закупки.

**Рекомендация**

Рекомендовать комиссии / заказчику:

☐ **отклонить заявку** участника закупки

☐ не допускать к дальнейшему участию в процедуре закупки

**Подпись**

Эксперт:

Кадырбаева Д.М. / _____

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата: «23» января **2026** г.

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о несоответствии заявки технической спецификации

№ 3

г.Семей

«23» **января 2026** г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» управления здравоохранения области Абай

Способ закупки: Тендер

Участник закупки: Товарищество с ограниченной ответственностью "СВАРЗ" (ВИВАТЕСТ)"Номер заявки (лота): 10818743-ТЗМ-1

Наименование предмета закупки: КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ

Проверка соответствия заявки участника **технической характеристики**, установленной в документации закупки.

В ходе экспертизы заявки установлены следующие несоответствия требованиям технической спецификации:

| № | Требование техспецификации | Предложено участником | Выявленное несоответствие |
|---|---|---|---|
| 1 | Одностадийный формат теста, без стадии промывки | Используются два лиофилизированных конъюгата, процедуры 1–3 | Методика является многостадийной, одностадийный формат не подтверждён |
| 2 | Один цикл промывки, всего не более 4 | Количество циклов промывки не регламентировано | Отсутствует подтверждение соответствия требованию |
| 3 | Объём стоп-реагента не менее 150 мкл | Объём стоп-реагента не указан | Не подтверждено соответствие объёму |
| 4 | Коэффициент критического ОП = 0,25 | Коэффициент не указан | Метод расчёта не соответствует ТС |
| 5 | Специфичность >99,9% на ≥5000 доноров | 750 серонегативных образцов | Не соблюден объём выборки доноров |
| 6 | Ванночки ≥10 шт. | 4 шт. | Несоответствие комплектации |
| 7 | Наконечники ≥80 шт. | 32 шт. | Несоответствие комплектации |

**Вывод эксперта**

На основании проведенной экспертизы **установлено**, что заявка участника **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической спецификации, установленной в документации закупки.

**Рекомендация**

Рекомендовать комиссии / заказчику:

☐ **отклонить заявку** участника закупки

☐ не допускать к дальнейшему участию в процедуре закупки

**Подпись**

Эксперт:

Кадирбекова Д.М. / _____

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата: «23» января **2026** г.