После рассмотрения технической спецификации были выявлены следующие несоответствия:

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	**Заявленные параметры Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов вариант исполнения CYW-501, CHOYANG MEDICAL INDUSTRY, LTD,Республика Корея**	**Разъяснение преимуществ или несоответствий**
Кронштейн крепления фильтров очистки воды	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-7№013963 на официальном сайте ndda.kz требуемое комплектующее отсутствует
Шланги соединительные для подводки воды	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-7№013963 на официальном сайте ndda.kz требуемое комплектующее отсутствует
Трубки подводки воды к эндоскопу	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-7№013963 на официальном сайте ndda.kz требуемое комплектующее отсутствует
Трубки слива жидкостей	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-7№013963 на официальном сайте ndda.kz требуемое комплектующее отсутствует
Трубки проверки теста на герметичность	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-7№013963 на официальном сайте ndda.kz требуемое комплектующее отсутствует
Предохранители	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-7№013963 на официальном сайте ndda.kz требуемое комплектующее отсутствует
Контактная группа предохранителей выполнена из никелированной электротехнической меди	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Картриджи фильтра	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Обеспечивает очистку воды от посторонних примесей и солей металлов перед подачей в	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого

установку		параметра.
Автоматическое приготовление моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Установка имеет резервуар для спирта для осуществления автоматической продувки каналов эндоскопа, объемом 5 л	**Не соответствует.** Емкость бака для спирта 1,5 л	Не соответствует за счет меньшей емкости резервуара для спирта. Большая ёмкость резервуара позволяет выполнить больше циклов автоматической продувки каналов эндоскопа подряд, без необходимости частой дозаправки спиртом.
Емкость резервуара моющего раствора, 5 л	**Не соответствует.** Емкость бака для детергента 1,5 л	Не соответствует за счет меньшей емкости резервуара моющего средства. Большая ёмкость позволяет выполнить больше циклов мойки и дезинфекции подряд, без необходимости частой замены или долива моющего раствора.
Количество автоматических программ работы, 12	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Установка времени очистки эндоскопов водой (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек	**Не соответствует.** Режим очистки эндоскопов водой (режим). - от 10 сек. до 90 сек. с дискретностью 10 сек	Дискретность 1 секунда позволяет точно задавать время этапа очистки эндоскопов, что критично для полного удаления биологического материала и предотвращения перекрестной инфекции..
Наличие 2-х резервуаров для дезинфицирующего раствора	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Возможна распечатка последних 12 циклов	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Объем одной порции моющего средства для обработки эндоскопа от 0 до 250 мл.	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Продолжительность работы системы без до заливки дезинфицирующего средства, 28 дней	**Не соответствует.** Отсутствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.

- В технической спецификации указаны неточные характеристики товара - слова " более"

Директор **Смаилов Е.Е.**

После рассмотрения технической спецификации были выявлены следующие несоответствия:

Требуемые параметры (параметры, указанные в ТЗ)	**Заявленные параметры (Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения в варианте исполнениях: «СПДС-10-ШСК», ООО Системы Поддержания Стерильности, Россия)**	**Разъяснение преимуществ или несоответствий**
Блок подогрева	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Блок продувки	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Блок вентиляции	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Блок индикации	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Блок освещения	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Система хранения и вывода данных	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Система держателей	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Фильтр абсолютный (класс не хуже Н-14)	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует
Фильтр воздушный тонкой очистки каналов	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-5№019692 на официальном сайте требуемое комплектующее отсутствует

Фильтр абсолютный: эффективность не менее 99,995%	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Фильтр воздушный тонкой очистки каналов: дополнительно очищает очищенный воздух внутри каналов до не более 0,2 мкм	**Не соответствует.** Дополнительно очищает уже предварительно очищенный воздух внутри каналов до не более 1 мкм.	Не соответствует, так как заявленная степень фильтрации до 1 мкм хуже требуемой до не более 0,2 мкм. Увеличение предельного размера пропускаемых частиц снижает эффективность тонкой очистки воздуха и не обеспечивает необходимый уровень удаления мелкодисперсных аэрозольных частиц.
Нагреватель воздуха мощностью не более 750 Вт	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Прозрачная дверь с углом открытия не менее 180°	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Освещенность в камере не менее 1500 Лк осуществляется не менее тремя энергосберегающими светодиодными лампами мощностью не менее 3 Вт.	**Не соответствует.** Освещение отсека хранения обеспечивается одной светодиодной энергосберегающей лампой 7 Ватт.	Не соответствует, так как предложенное решение не соответствует требованию по количеству источников света, что может приводить к неравномерному распределению освещенности в камере и не гарантирует достижение установленного уровня освещенности не менее 1500 лк во всех зонах.
Меню на казахском, русском и английском языках.	**Не соответствует.** Меню на Русском языке.	Не соответствует за счет меньших языковых версий, что ограничивает возможность эксплуатации оборудования.
Давление воздуха, подаваемого в шкаф не менее 4 Бар.	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Возможность индивидуальной настройки требуемых параметров температуры до не менее 42°С.	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Возможность индивидуальной настройки требуемых параметров времени сушки эндоскопов (от не более 1 до не менее 10 минут).	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Возможность индивидуальной настройки требуемых параметров времени хранения эндоскопов (от не более 1 до не менее 168 часов).	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.

Постоянный мониторинг температуры внутри рабочей камеры шкафа.	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Завершение циклов хранения и сушки сопровождается светозвуковой индикацией.	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Встроенный вентилятор обеспечивает непрерывную циркуляцию очищенного воздуха в рабочей камере шкафа не менее 50 л/мин.	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.
Световой и звуковой сигналы при открытии двери.	**Не соответствует.** Отсутствует.	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует описание требуемого параметра.

- В технической спецификации указаны неточные характеристики товара - слова "не менее/ не более"

Директор **Смаилов Е.Е.**