Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Terent Health Care" г.Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом № 175	Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Solution" г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 10/55	
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая хирургическая и электрохирургическая энергетическая платформа UP700	Ультразвуковая хирургическая и электрохирургическая энергетическая платформа UP700	
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD Китай РК МИ (МТ)-0№025853	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD Китай РК МИ (МТ)-0№025853	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие			
Ультразвуковая хирургическая и электрохирургическая энергетическая платформа	соответствует	соответствует	
Тележка	соответствует	соответствует	
Ультразвуковой преобразователь	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие			
Ультразвуковой хирургический инструмент	соответствует	соответствует	
Расходные материалы			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Согласно требованиям завода изготовителя	соответствует	соответствует	

Эксперт:

Заведующий отделением операционного блока **Абдуалиев С.А.** _____

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед" г.Алматы, Ауэзовский район, улица Пятницкого, дом № 52	Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Solution" г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 10/55	Товарищество с ограниченной ответственностью "Terent Health Care" г.Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом № 175	
Предлагаемая модель МТ:	Дефибриллятор-монитор BeneHeart D3	Дефибриллятор-монитор BeneHeart D3	Дефибриллятор-монитор BeneHeart D3	
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК-МТ-5№017785	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК-МТ-5№017785	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК-МТ-5№017785	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрени (соответствует/не соответствует; коммента и т.д.)**
Основные комплектующие				
Дефибриллятор-монитор с термопринтером	соответствует	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
ЭКГ	соответствует	соответствует	соответствует	
Набор внешних электродов для дефибрилляции	соответствует	соответствует	соответствует	
Набор внешних одноразовых электродов для кардиостимуляции	соответствует	соответствует	соответствует	
Лопасти многоразовые внутренние	соответствует	соответствует	соответствует	
Принтер/самописец	соответствует	соответствует	соответствует	

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт:

Заведующий отделением ОАРИТ
(кардиологического и кардиохирургического профиля) **Зупаров Е.Н.**_____

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Terent Health Care" г.Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом № 175	Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Solution" г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 10/55	Товарищество с ограниченной ответственностью "Etalon Med" г.Шымкент, Каратауский район, Микрорайон Туран, дом № 979/15, Квартира 145	ИП Медприбор г.Шымкент, Каратауский район, микрорайон Мирас, улица Аманқарағай, дом № 311
Предлагаемая модель МТ:	Процедурный ЛОР-комбайн FK-ENT 1800 в комплекте	Процедурный ЛОР-комбайн FK-ENT 1800 в комплекте	Лор-комбайн модель CU-5000	Лор-комбайн модель CU-5000
Производитель МТ:	TONGLU FUKE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№028340	TONGLU FUKE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№028340	CHAMMED CO., LTD., Республика Южная Корея РК-МТ-7№013067	CHAMMED CO., LTD., Республика Южная Корея РК-МТ-7№013067
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует. Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Не соответствует. Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**

Основной блок в комплекте: прямой распылитель,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
изогнутый распылитель,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
устройство подогрева жидкостей,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
отделение для мусора,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
стерилизатор эндоскопов,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
сушка уха,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
продуватель Евстахиевой трубы,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
устройство от запотевания зеркал,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
контейнер для салфеток,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
держатель CCD камеры,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
отсек для инструментов,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
регулируемый клапан для отсасывания с манометром,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
регулируемый клапан для распылителя с манометром,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
шкаф для инструментов, дополнительная секция.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стул для пациента,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стул для врача,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол для спрей оборудования (распыление и разбрызгивание).	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Отсасывающее оборудование.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Осветительное оборудование.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поднос для отходов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Контейнер для отходов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник холодного света.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эндоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Столешница	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предоставление недостоверных данных. Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предоставление недостоверных данных. Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Размер: не менее Д1570 × Ш600 × В780 мм;	Соответствует	Соответствует	Предоставление недостоверных данных. Согласно данным государственного реестра ЛСиМИ размеры CHAM CU-5000 составляют 1800 мм (Ш) x709 мм (Д) x850 мм (В), тогда как согласно ТС поставщика Размер: Д1570 × Ш600 × В780 мм	Предоставление недостоверных данных. Согласно данным государственного реестра ЛСиМИ размеры CHAM CU-5000 составляют 1800 мм (Ш) x709 мм (Д) x850 мм (В), тогда как согласно ТС поставщика Размер: Д1570 × Ш600 × В780 мм
Высококачественная поверхность из чистого белого мрамора;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Полностью окрашенная стальная конструкция.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электронная система управления	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного**

			потенциальным поставщиком	**потенциальным поставщиком**
Основной источник питания, продувочный пистолет,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
устройство для просмотра рентгеновских пленок и переключатель предварительного нагрева эндоскопа;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система управления креслом пациента (только для автоматического кресла пациента);	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление включением/выключением и затемнением прожектора;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Включение/выключение источника холодного света и управление затемнением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пистолет-распылитель	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Поток: не менее 20 мл/мин;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Положительное давление: ≥ 0,1 Мпа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Выдувной пистолет	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком**

			комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком	**комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Давление: 0,01- 0,15 Мпа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Всасывающий пистолет	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует. Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Не соответствует. Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Давление всасывания: 0-0,08 МПа (0 – 600 мм рт. ст. на всасывании);	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр наконечника: от ø2, ø2,5, ø3, до ø3,5 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Компрессор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Номинальная мощность: не менее 100 Вт;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Независимое газоснабжение, очень низкий уровень шума.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вакуумный насос	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Номинальная мощность: не менее 250 Вт;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Независимое газоснабжение,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
очень низкий уровень шума.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Лоток для инструментов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Размер: не менее 290× 190× 63,5 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
нержавеющая сталь 304	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Встроенный мусорный бак	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее**

			отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком	**отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Размер: не менее 200× 170 × 220 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Загрязненный лоток для инструментов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Размер: не менее 270 × 200 х 48 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
нержавеющая сталь 304	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Предварительный нагреватель эндоскопа	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Номинальная мощность: не менее 350 Вт;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
10-секундный цикл нагрева	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Встроенный светодиодный холодный свет	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Номинальная мощность: не менее 250 Вт;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Яркость: ≥ 1 600 000 люкс;	Соответствует	Соответствует.	Техническая спецификация должна содержать точные характеристики	Техническая спецификация должна содержать точные характеристики
Цветовая температура: ≥ 3200 тыс.;	Соответствует	Соответствует	Техническая спецификация должна содержать точные характеристики	Техническая спецификация должна содержать точные характеристики
Срок службы лампы: не менее 500 ч;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диммируемый.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система промывания уше	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Расход воды: не более 2 л/мин;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Температура: 37°С –39°С;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение: 24 В постоянного тока;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Мощность нагрева: не менее 50 Вт;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Резервуар для воды: не менее 2,0 л.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматическое кресло пациента	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Размер: не менее Д790 × Ш730 × В1360 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высота поверхности стула: не менее 560 – 760 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол наклона спинки: не менее 90° - 180°;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поворота: не менее 360°;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Выдвижение подголовника: не менее 0 – 200 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Макс. нагрузка: не менее 150 кг;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Скорость посадки: не менее 10 мм/с;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электропитание: 220 В переменного тока / 50–60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Табурет врача	**Соответствует**	**Соответствует**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации**	**Предлагаемое потенциальным поставщиком комплектующее отсутствует в комплектации**

			регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком	**регистрационного удостоверения, указанного потенциальным поставщиком**
Размер: не менее Д 640 × Ш 640 × В 720 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поддержка гидравлического давления;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высота поверхности: не менее 470 - 600 мм;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поворота: не менее 360°;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Макс, нагрузка: не менее 100кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт:

Заведующий отделения дневного стационара с ЦАК **Тян Л.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Magna KZ" г.Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом № 42, квартира 87			
Предлагаемая модель МТ:	Цифровой РВ контроллер Micro-Tech			
Производитель МТ:	Micro-Tech (Nanjing) CO., Ltd. Китай РК МИ (МТ)-0№030093			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Цифровой конролер в комплекте	соответствует			
Дополнительные комплектующие				
Одноразовый панкреатобилиарный видеоскоп 9F	соответствует			
Одноразовый панкреатобилиарный видеоскоп 11F	соответствует			
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует			

Эксперт:

Заведующий отделением общей хирургии **Балжанов Ж.М.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед" г.Алматы, Ауэзовский район, улица Пятницкого, дом № 52	Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Solution" г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 10/55	Товарищество с ограниченной ответственностью "Велмеда" , Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, улица Зелинского, дом № 18, квартира 1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Terent Health Care" г.Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом № 175
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система MX, вариант исполнения MX7S в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система MX, варианты исполнения: MX7S в комплекте с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape E3	Ультразвуковая диагностическая система MX, варианты исполнения: MX7S в комплекте с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№027624	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№027624	SONOSCAPE MEDICAL CORP КИТАЙ РК-МИ (МТ)-№022928	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№027624
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Ультразвуковая диагностическая система (Основной блок)	соответствует	соответствует	Не соответствует (Наименование не соответствует РУ)	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Линейный датчик	соответствует	соответствует	Не соответствует (Наименование не соответствует РУ)	соответствует
Конвексный датчик	соответствует	Не соответствует "Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушение пп. 3) п. 165 Правил, приложения 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара не	Не соответствует (Наименование не соответствует РУ)	Не соответствует "Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушение пп. 3) п. 165 Правил, приложения 15 к Правилам, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные

		должны содержаться слова не более, не менее и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке параметры/характеристики медицинской техники: Угол обзора не мнее 88 градусов		характеристики товара не должны содержаться слова не более, не менее и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны конкретные предлагаемые к поставке параметры/характеристики медицинской техники: Угол обзора не мнее 88 градусов
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	соответствует	Не соответствует (Наименование не соответствует РУ)	соответствует
Мобильная тележка	соответствует	соответствует	Не соответствует (Наименование не соответствует РУ)	соответствует
Система регистрации	соответствует	соответствует	Не соответствует (Наименование не соответствует РУ)	соответствует
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт:

Заведующий отделением диагностики **Зейнулина Т.У.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD" г.Астана, район "Алматы", Проспект Мағжан Жұмабаев, дом № 16, Квартира 2	Товарищество с ограниченной ответственностью "EndoMed Semey" область Абай, Семей г. а., г.Семей, улица Аягузская, дом № 56а	Товарищество с ограниченной ответственностью "Magna KZ" г.Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом № 42, квартира 87	
Предлагаемая модель МТ:	Тележка	Тележка	Тележка	
Производитель МТ:	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856, РК МИ (МТ)-0№025853	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856, РК МИ (МТ)-0№025853	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856, РК МИ (МТ)-0№025853	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Монитор	Не соответствует Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушении пп. 3) п. 165 Правилам Согласно требованиям указанным в Приложении 15 к Правилом, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны	Не соответствует Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушении пп. 3) п. 165 Правилам Согласно требованиям указанным в Приложении 15 к Правилом, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны	Не соответствует Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушении пп. 3) п. 165 Правилам Согласно требованиям указанным в Приложении 15 к Правилом, в технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны точные характеристики товара (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или, из альтернативных вариантов комплектации/параметров в технической спецификации поставщика должны быть указаны	

	конкретные предлагаемой к поставке характеристики/параметры медицинской техники) Тип монитора: жидкокристаллический. Размер ЖК-экрана: 31 дюйм. Стандарт изображения: FULL HD. Разрешение экрана, точек: 1920 x 1080. Угол обзора по горизонтали: 178 градусов. Угол обзора по вертикали: 178 градусов. Потребляемая мощность: 150Вт.	конкретные предлагаемой к поставке характеристики/параметры медицинской техники) Тип монитора: жидкокристаллический. Размер ЖК-экрана: 31 дюйм. Стандарт изображения: FULL HD. Разрешение экрана, точек: 1920 x 1080. Угол обзора по горизонтали: 178 градусов. Угол обзора по вертикали: 178 градусов. Потребляемая мощность: 150Вт.	конкретные предлагаемой к поставке характеристики/параметры медицинской техники) Тип монитора: жидкокристаллический. Размер ЖК-экрана: 31 дюйм. Стандарт изображения: FULL HD. Разрешение экрана, точек: 1920 x 1080. Угол обзора по горизонтали: 178 градусов. Угол обзора по вертикали: 178 градусов. Потребляемая мощность: 150Вт.	
Помпа	соответствует	соответствует	соответствует	
Тележка	соответствует	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт:

Заведующий отделением операционного блока **Абдуалиев С.А.** _____

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD" г.Астана, район "Алматы", Проспект Магжан Жұмабаев, дом № 16, Квартира 2	Товарищество с ограниченной ответственностью "EndoMed Semey" область Абай, Семей г. а., г.Семей, улица Аягузская, дом № 56а	Товарищество с ограниченной ответственностью "Magna KZ" г.Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом № 42, квартира 87	
Предлагаемая модель МТ:	Головка камеры Hypixel U1 4K (Hypixel U1 4K Camera Head)	Головка камеры HD3	Головка камеры HD3	
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай РК-МИ(МТ)-0№025853	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Головка камеры	соответствует	соответствует	соответствует	
Источник света	соответствует	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт:

Заведующий отделением операционного блока **Абдуалиев С.А.** _____

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD" г.Астана, район "Алматы", Проспект Мағжан Жұмабаев, дом № 16, Квартира 2	Товарищество с ограниченной ответственностью "EndoMed Semey" область Абай, Семей г. а., г.Семей, улица Аягузская, дом № 56а	Товарищество с ограниченной ответственностью "Magna KZ" г.Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом № 42, квартира 87	
Предлагаемая модель МТ:	Система камеры эндоскопа U1	Блок управления камерой заземления	Блок управления камерой заземления	
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай РК МИ (МТ)-0№025853	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856	Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.. Китай РК-МТ-5№020856	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Блок управления камерой заземления	соответствует	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт:

Заведующий отделением операционного блока **Абдуалиев С.А.** .

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Terent Health Care" г.Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом № 175	Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Solution" г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 10/55		
Предлагаемая модель МТ:	ВЧ Коагулятор EP300	ВЧ Коагулятор EP300		
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№025853	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD КИТАЙ РК МИ (МТ)-0№025853		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Высокочастотный Коагулятор	соответствует	соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует		

Эксперт:

Заведующий отделения дневного стационара с ЦАК **Тян Л.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Terent Health Care" г.Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом № 175	Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Solution" г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 10/55		
Предлагаемая модель МТ:	Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с Принадлежностями	Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с Принадлежностями		
Производитель МТ:	GE Medical Systems Information Technologies, Inc СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ РК-МТ-5№022116	GE Medical Systems Information Technologies, Inc СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ РК-МТ-5№022116		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрени (соответствует/не соответствует; комментар т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	соответствует	соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Модуль сбора данных	соответствует	соответствует		
Система вакуумной аппликации электродов	соответствует	соответствует		
ПО для анализа ЭКГ	соответствует	соответствует		
Велоэргометр	соответствует	соответствует		
ПК	соответствует	соответствует		
Инструкция по эксплуатации	соответствует	соответствует		
Система вакуумной аппликации электродов	соответствует	соответствует		
Кабель соединительный для велоэргометра	соответствует	соответствует		
Кабель электропитания для велоэргометра	соответствует	соответствует		

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электропитание: 220-240 В Частота: 50/60 Гц	соответствует	соответствует		

Эксперт:

Заведующий отделением диагностики **Зейнулина Т.У.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "EndoMed Semey" область Абай, Семей г. а., г.Семей, улица Аягузская, дом № 56а	Товарищество с ограниченной ответственностью "Magna KZ" г.Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом № 42, квартира 87		
Предлагаемая модель МТ:	Микроскоп лабораторный медицинский модели Primo Star в комплекте	Микроскоп лабораторный медицинский модели Primo Star в комплекте		
Производитель МТ:	Carl Zeiss Microscopy GmbH Германия РК-МТ-7№009100	Carl Zeiss Microscopy GmbH Германия РК-МТ-7№009100		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Микроскоп лабораторный медицинский	соответствует	соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электрические характеристики: напряжение / частота от 100 до 240 В / 50-60 Гц	соответствует	соответствует		

Эксперт:

Заведующая лаборатории **Нургазина Д.А.**