Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «МедМир-ПВЛ»**
Предлагаемая модель МТ:	Светильник хирургический светодиодный, модель: L5, L5A, L5B, L6, L6A, L6B, L6SC, L6SCA , L6SCB в комплекте с принадлежностями
Производитель МТ:	« Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.», Китай. РК МИ (МТ)-0№025355
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Не соответствует**
Основные комплектующие	
Облучатель – аппарат фототерапии для уменьшения билирубина в крови	**Не соответствует** Предлагаемое оборудование не соответствует по функционалу и техническим характеристикам. Предлагается к поставке, согласно регистрационному удостоверению, Светильник хирургический светодиодный, что не является аппаратом фототерапии для уменьшения билирубина в крови по РК МИ (МТ)-0№025355, приложенным Потенциальным Поставщиком.
Дополнительные комплектующие	
Держатель облучателя	**Не соответствует, нет в регистрационном удостоверении**
Расходные материалы	
Глазная маска	**Не соответствует, нет в регистрационном удостоверении**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	

Эксперт: Заведующая отделением ОРИТН1, врач неонатолог **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «ABT-Trade»**
Предлагаемая модель МТ:	Гистероскопическая оптика телескоп HD 12°, 4мм широкий угол автоклавируемый /WA2T412A/
Производитель МТ:	ООО Гигиена Мед, Россия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Не соответствует**
Основные комплектующие	
Колонна системы – открытая реанимационная система для обогрева и мониторинга новорожденных и детей	**Не соответствует** Предлагаемое оборудование не соответствует по функционалу и требуемым техническим характеристикам. Не приложена техническая спецификация на предлагаемое оборудование. Гистероскопическая оптика телескоп HD 12°, 4мм широкий угол автоклавируемый /WA2T412A/
Подъемная стойка с раздельными педалями управления	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Купол с обогревателем	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Ложе с откидными боковыми ограждениями	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Коммуникационный порт: RS 232	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Дополнительные комплектующие	
Встроенные весы	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Модуль пульсоксиметрии	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Кабель пульсоксиметра	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Принадлежности	
Ящик для хранения принадлежностей	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Полка для монитора	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**

Инфузионная стойка	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Ручки для транспортировки	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Корзина для аксессуаров	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Держатель: салфеток	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Держатель: дезрастворов	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Держатель: трубок	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Держатель головы	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Держатель трубок	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Пылезащитный чехол	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Матрац	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Расходные материалы	
Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Датчик температуры кожи периферийный (белый) многоразовый, размер 5 мм.	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Датчик пульсоксиметрии	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Датчик пульсоксиметра: многоразовый	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Тестовое легкое 50 мл.	**Не ссоответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	

Эксперт: Заведующая отделением ОРИТН1, врач неонатолог **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «ABT-Trade»**
Предлагаемая модель МТ:	Гистероскопическая оптика телескоп HD 12°, 4мм широкий угол автоклавируемый /WA2T412A/
Производитель МТ:	ООО Гигиена Мед, Россия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Не соответствует**
Основные комплектующие	
Облучатель – аппарат фототерапии для уменьшения содержания билирубина в крови	**Не соответствует** Предлагаемое оборудование не соответствует по функционалу и техническим характеристикам. Предлагается к поставке, согласно регистрационному удостоверению, Гистероскопическая оптика телескоп HD 12°, 4мм широкий угол автоклавируемый /WA2T412A/
Дополнительные комплектующие	
Держатель облучателя	**Не соответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Расходные материалы	
Глазная маска	**Не соответствует, нет в технической спецификации от Потенциального Поставщика**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	

Эксперт: Заведующая отделением ОРИТН1, врач неонатолог **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО КазЕвроМед**
Предлагаемая модель МТ:	Блок для интенсивной терапии AMPLA 2085 (Цветной дисплей с микропроцессорным управлением)
Производитель МТ:	FANEM Ltda, Бразилия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Не соответствует**
Принадлежности	
Полка для монитора	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Инфузионная стойка	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Держатель: салфеток	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Держатель: дезрастворов	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Держатель головы	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Пылезащитный чехол	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Матрац, не менее 500*70*25 мм	**Не ссоответствует, толщина матраца согласно РУ от Потенциального Поставщика 640*490*9 мм, толщина матраца не соответствует технической спецификации**
Расходные материалы	
Тестовое легкое 50 мл.	**Не ссоответствует, нет в РУ от Потенциального Поставщика**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	

Эксперт: Заведующая отделением ОРИТН1, врач неонатолог **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО КазЕвроМед**
Предлагаемая модель МТ:	Прибор для фототерапии BILITRON'™ 3006
Производитель МТ:	FANEM Ltda, Бразилия РК-МТ-5№022211
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Не соответствует**
Основные комплектующие	
Облучатель – аппарат фототерапии для уменьшения билирубина в крови	**Не соответствует** Предлагаемое оборудование не соответствует по техническим характеристикам. В эксплуатационной документации, приложенной к РУ РК-МТ-5№022211 на сайте nnda.kz нет подтверждения технических характеристик данного оборудования, которые были приложены в технической спецификации Потенциального Поставщика.
Дополнительные комплектующие	
Держатель облучателя	**Не соответствует, нет в регистрационном удостоверении**
Расходные материалы	
Глазная маска	**Не соответствует, в регистрационном удостоверении нет размера маски SS**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	

Эксперт: Заведующая отделением ОРИТН1, врач неонатолог **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО DALEON
Предлагаемая модель МТ:	«Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных InfaWarmer i 103», производства Atom Medical Corporation (ЯПОНИЯ). РК-МТ-7№013001 от 11.05.2021г.
Производитель МТ:	Япония, Atom Medical Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Соответствует.**
Основные комплектующие	
Основной блок	Соответствует
Дополнительные комплектующие	
	Представлены
Расходные материалы	
	Представлены
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	Соответствует

Эксперт: Заведующая отделением реанимации новорожденных №1 **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО DALEON
Предлагаемая модель МТ:	«Аппарат фототерапии BILI THERAPY Spot Type модель 106», производства «AtomMedical Corporation» (ЯПОНИЯ). РК-МТ-7№010846 от 29.05.2020г.
Производитель МТ:	Япония, Atom Medical Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Соответствует.**
Основные комплектующие	
Основной блок	Соответствует
Дополнительные комплектующие	
	Представлены
Расходные материалы	
	Представлены
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	Соответствует

Эксперт: Заведующая отделением реанимации новорожденных №1 **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "МЕДИЛЮКС"
Предлагаемая модель МТ:	Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных Infa Warmer i 103
Производитель МТ:	Япония, Atom Medical Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Соответствует.**
Основные комплектующие	
Основной блок	Соответствует
Дополнительные комплектующие	
	Представлены
Расходные материалы	
	Представлены
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	Соответствует

Эксперт: Заведующая отделением реанимации новорожденных №1 **Виноградская Е.В.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "МЕДИЛЮКС"
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат фототерапии BILI THERAPY Spot Type модель 106. Производитель: «Atom Medical Corporation», Япония. Сведения о регистрации: РК-МТ-7№010846 от 29.05.2020, до бессрочно.
Производитель МТ:	Япония, Atom Medical Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)** **Соответствует.**
Основные комплектующие	
Основной блок	Соответствует
Дополнительные комплектующие	
	Представлены
Расходные материалы	
	Представлены
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	
	Соответствует

Эксперт: Заведующая отделением реанимации новорожденных №1 **Виноградская Е.В.**