ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии заявки технической спецификации
№ 1
г.Семей
«15» **мая 2026** г.
Заказчик: КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» управления здравоохранения области Абай
Способ закупки: Тендер
Участник закупки:Товарищество с ограниченной ответственностью **"Интермедика Алматы"**
Номер заявки (лота):№ 1504738-1
Наименование предмета закупки:Закуп медицинского оборудования
Проверка соответствия заявки участника **технической спецификации**, установленной в документации закупки.
В ходе экспертизы заявки установлены следующие несоответствия требованиям технической спецификации:

№	Требование техспецификации	Предложено участником	Выявленное несоответствие
1	Компьютер с установленным программным обеспечением для работы закупаемого оборудования по назначению от официального производителя	отсутствует	
2	монитор 23,8'' с разрешением не менее 1920*1080, 100Hz HDMI, VGA	отсутствует	
3	Принтер А4, Лазерный, USB 2.0, Wi-Fi	отсутствует	
4	Клавиатура, Оптическая Мышь, не менее 1000DPI, USB, Анг/Рус/Каз, Длина кабеля не менее 1,6 метра	отсутствует	
5	Фильтр питания 1,8 м	отсутствует	

Обоснование: Указанные в технической спецификации дополнительные комплектующие (вышеуказанные в таблице) отсутствуют в заявке потенциального поставщика ТОО **"Интермедика Алматы.** Отсутствие компьютера с установленным программным обеспечением для работы закупаемого оборудования по назначению от официального производителя, монитора 23,8'' с разрешением не менее 1920*1080, 100Hz HDMI, VGA, принтера А4, лазерного Wi-Fi, клавиатура, оптическая мышь, фильтр питания 1,8 м. лишает возможности управление анализатором в индивидуальных условиях лаборатории КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» управления здравоохранения области Абай, так как для работы с анализатором необходима возможность установки дополнительно стороннего программного обеспечения, в частности интеграции с ЛИС, МИС, а также ограничивается возможность использования любой модели принтера. В случае выхода из строя встроенного принтера или ПК, отсутствует возможность их оперативной замены и ремонта собственными средствами и трудовыми ресурсами.

Также для управления блоком ИФА комплекта через персональный компьютер и вывод результатов исследований через внешний принтер с печатью форматом А4, необходимо для удобства и оптимизации расходов.

Вывод эксперта

На основании проведенной экспертизы **установлено**, что заявка участника **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической спецификации, установленной в документации закупки.

Рекомендация

Рекомендовать комиссии / заказчику:

☐**отклонить заявку** участника закупки

☐ не допускать к дальнейшему участию в процедуре закупки

Подпись

Эксперт:

Надирбаева Д.М. / _____

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата: «15» 05 **2026** г.